

REF	530-3	6×3mL	EXP	2025-06-05	LOT	T29350E	更新日期：	2024-05
1 / 1								

批号：T29350E					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量					
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	88.4	11.8%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	97	6.5%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	55.9	11.8%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems BSBE \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	61.6	4.7%	<5	<100
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	U/L	64.4	11.8%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	mg/L	0.915	7.7%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	2.99	11.8%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	mg/L	2.17	2%	<5	<100
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	2.55	4.3%	<5	<100
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	7.32	11.8%	<5	<100
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	5.37	2.2%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	mg/L	5.74	3.7%	<5	<100
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	7	11.8%	<5	<100
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	7.3	10%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	281346	155.5%	7	125
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	388	11.8%	<5	<100
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	376	11.8%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	μg/L	331	8.1%	<5	<100
Realmind biotech ACL Series Realmind biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	1401	3.7%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	761	90.7%	7	130
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	89.5	90.7%	7	130
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1278	11.8%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	150	11.8%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pg/mL	3045	7.6%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pmol/L	358	7.6%	<5	<100
Realmind biotech ACL Series Realmind biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	962	3.4%	<5	<100
Realmind biotech ACL Series Realmind biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	113	3.4%	<5	<100
(Tnl)肌钙蛋白I					
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	80	10%	<5	<100
(TnT)肌钙蛋白T					
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	1.29	8.5%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.44	11.7%	<5	<100
Realmind biotech ACL Series Realmind biotech \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.32	3.2%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。