

REF	530-1	6×3mL	EXP	2025-08-10	LOT	I28E6F0	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号: I28E6F0			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量					
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	5.71	4.1%	14	304
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.66	12%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.74	12%	<5	<100
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzyme immunoassay (EIA)	U/L	1.62	12%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	0.505	12%	<5	<100
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	1.82	12%	<5	<100
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunospectrophotometry (ITA)	mg/L	1.17	12%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	μg/L	22.7	5.5%	13	171
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	55.9	12%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	57	12%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pg/mL	200	5.9%	14	256
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pmol/L	23.6	5.9%	14	256
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	148	10%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	17.4	10%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	96.2	12%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	11.3	12%	<5	<100
(TnI)肌钙蛋白I					
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	0.01	0%	18	451
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.022	12%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.04	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。