

质控品名： 肿瘤标志物液体非定值质控品Plus

REF	512-2	6×3mL	EXP	2026-04-10	LOT	30D9720	更新日期：	2024-05
1 / 1								

批号：30D9720					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AFP)甲胎蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	132	10%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	124	12%	<5	<100
(CA 125)糖类抗原 125					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	69.5	12%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	82.3	10.3%	<5	<100
(CA 15-3)糖类抗原 15-3					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	95.7	10%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	37.5	12%	<5	<100
(CA 19-9)糖类抗原 19-9					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	72.5	10%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	147	12%	<5	<100
(CA 72-4)糖类抗原 72-4					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	28.5	10%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	31.9	12%	<5	<100
(CEA)癌胚抗原					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	18.1	9.9%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	24.2	12%	<5	<100
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段					
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.28	10.6%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	33.6	10%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	261	12%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	367	10%	<5	<100
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.98	10.1%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.85	12%	<5	<100
(hCG)人绒毛膜促性腺激素					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	104	12%	<5	<100
(NSE)神经元特异性烯醇化酶					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.7	10%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.8	12%	<5	<100
(PSA)前列腺特异性抗原					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	12.8	12%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.2	10%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	54.3	12%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Siemens BN II Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	19008	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。