

REF	530-2	6×3mL	EXP	2023-06-03	LOT	I3290D2	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号: I3290D2			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Roche Modular P series Dedicated \ DGKC	ng/mL	13.6	1.4%	9	116
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	20.5	10%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14.9	10%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Mindray BS series Mindray \ Nephelometry	mg/L	0.966	5.6%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	1.23	10%	<5	<100
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	3.4	10%	<5	<100
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	5.87	10%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Roche Modular P series Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	152	1.6%	9	127
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	145	10%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	166	10%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
ReLIA TZ-320 ReLIA \ Immunofluorescence (IFA)	pg/mL	955	11%	<5	<100
ReLIA TZ-320 ReLIA \ Immunofluorescence (IFA)	pmol/L	112	11%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	453	10%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	53.3	10%	<5	<100
(TnI)肌钙蛋白I					
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.44	10%	<5	<100
(TnT)肌钙蛋白T					
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.72	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。