

REF	521-2	6×3mL	EXP	2024-10-17	LOT	31B51FE	更新日期：	2021-12
1 / 1								

		批号：31B51FE	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Alb)白蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000	μmol/L	602	458-746
Roche \ Bromocresol green			
Roche cobas 4000/6000/8000	g/L	39.7	30.2-49.2
Roche \ Bromocresol green			
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体			
Beckman Immage 800	IU/mL	142	108-176
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(AT-III)抗凝血酶III			
Stago STA series	%	18	13.7-22.3
Dedicated \ Nephelometry			
(C3)补体 C3			
Beckman Immage 800	mg/dL	149	113-185
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(C4)补体 C4			
Beckman Immage 800	mg/dL	39	29.6-48.4
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(Cer)铜蓝蛋白			
Beckman Immage 800	g/L	0.273	0.207-0.339
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(CRP)C反应蛋白			
Beckman Immage 800	mg/dL	2.64	2.01-3.27
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(Ferritin)铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000	μg/L	184	140-228
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)			
(IgA)免疫球蛋白 IgA			
Beckman Immage 800	g/L	2.42	1.84-3
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Beckman Immage 800	IU/mL	51.4	39.1-63.7
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(IgG)免疫球蛋白 IgG			
Beckman Immage 800	g/L	13.9	10.6-17.2
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(IgM)免疫球蛋白 IgM			
Beckman Immage 800	g/L	1.66	1.26-2.06
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体			
Beckman Immage 800	g/L	11.9	9.04-14.8
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体			
Beckman Immage 800	g/L	5.74	4.36-7.12
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(PAB)前白蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000	g/L	0.309	0.235-0.383
DiaSys \ Immunonephelometry (INA)			
(RBP)视黄醇结合蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000	mg/dL	5.75	4.37-7.13
WanTai \ Immunonephelometry (INA)			
(RF)类风湿因子			
Beckman Immage 800	IU/mL	77.6	59-96.2
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)			
(TRF)转铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000	mg/dL	252	192-312
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)			
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000	mg/L	4.5	3.42-5.58
JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)			

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。