



REF	530-3	6×3mL	EXP	2025-06-05	LOT	T29350E	更新日期：	2023-12
1 / 2								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)	(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物	(hs-CRP)超敏C反应蛋白	(Myo / Mb)肌红蛋白
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体	(TnT)肌钙蛋白T	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	530-3	6×3mL	EXP	2025-06-05	LOT	T29350E	更新日期：	2023-12
2 / 2								

批号： T29350E			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	88.4	67.4-109
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	55.9	42.6-69.2
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	97	77.6-116
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	U/L	64.4	49.1-79.7
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	mg/L	0.915	0.731-1.1
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	3	2.29-3.71
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	7.32	5.58-9.06
(hs-CRP)超敏C反应蛋白			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	7	5.34-8.66
(Myo / Mb)肌红蛋白			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	376	287-465
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	388	296-480
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	μg/L	331	265-397
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1270	966-1570
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	150	114-186
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pg/mL	3040	2430-3650
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pmol/L	358	286-430
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.44	1.1-1.78
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	1.29	1.03-1.55

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。