



REF	530-2	6×3mL	EXP	2024-12-26	LOT	I290DA0	更新日期： 2022-06
							1 / 1

批号：I290DA0			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量			
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	30.5	23.2-37.8
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	15.6	11.9-19.3
PerkinElmer SuperFlex PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18	14.4-21.6
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	29.6	22.5-36.7
J&J Vitros ECL IL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.3	8.7-13.9
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzyme immunoassay (EIA)	U/L	12.2	9.27-15.1
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.8	10.2-15.4
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	mg/L	0.883	0.671-1.1
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	2.25	1.71-2.79
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	13.7	10.4-17
(hs-CRP)超敏C反应蛋白			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	6.01	4.57-7.45
(Myo / Mb)肌红蛋白			
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	µg/L	106	80.6-131
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	153	116-190
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	169	129-209
PerkinElmer SuperFlex PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	53.4	42.7-64.1
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pg/mL	1020	775-1260
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pmol/L	120	91.2-149
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	478	363-593
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	56.2	42.7-69.7
(TnI)肌钙蛋白I			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.405	0.308-0.502
J&J Vitros ECL Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.24	3.4-5.08
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	0.12	0.092-0.148

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。