



REF	510-2	6×3mL	EXP	2027-02-10	LOT	30A897C	更新日期：	2022-04
1 / 1								

批号：30A897C			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	50.4	40.3-60.5
(CA 125)糖类抗原 125			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	218	174-262
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	112	89.5-134
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	46.3	37-55.6
(CA 50)糖类抗原 50			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	39.5	31.6-47.4
(CA 72-4)糖类抗原 72-4			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	14.4	11.5-17.3
(CA242)糖类抗原 242			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	16.9	13.5-20.3
(CEA)癌胚抗原			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	20.7	16.6-24.8
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.3	10.6-16
(Ferritin)铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunonephelometry (INA)	µg/L	332	266-398
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.32	5.86-8.78
(PSA)前列腺特异性抗原			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	19.4	15.5-23.3
(SCC)鳞状细胞癌抗原			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.3	8.24-12.4
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	134	107-161

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。