



REF	540-3	6×3mL	EXP	2028-11-08	LOT	338781B	更新日期:	2025-02
1 / 4								

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(17-Oh-Preg)17-羟基-孕烯醇酮	(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(AFP)甲胎蛋白
(ALD)醛固酮	(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体	(ASD)雄烯二酮
(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3	(CA 19-9)糖类抗原 19-9
(CEA)癌胚抗原	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)	(Cortisol)皮质醇
(C-P)C-肽	(DGXN)地高辛	(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮
(E2)雌二醇	(EPO)促红细胞生成素	(FA)叶酸
(Ferritin)铁蛋白	(FSH)促卵泡刺激素	(FT3)游离T3
(FT4)游离T4	(hCG)人绒毛膜促性腺激素	(HCY)同型半胱氨酸
(HGH)人生长激素	(HS-CTnI) (高) 超敏肌钙蛋白I	(IgE)免疫球蛋白 IgE
(IGF1)胰岛素生长因子1	(INS)胰岛素	(LH)促黄体生成素
(MetyA)甲基丙二酸	(Myo / Mb)肌红蛋白	(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体
(PRL)催/ 泌乳素	(PROG)孕酮	(PSA)前列腺特异性抗原
(PTH)甲状旁腺素	(TES)睾酮	(THEO)茶碱
(TnT)肌钙蛋白T	(TSH)促甲状腺素	(TT3)总三碘甲状腺原氨酸
(TT4)总T4	(VB12)维生素B12	(Vit D3)维生素D3
(β2M)β-2-微球蛋白		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	540-3	6×3mL	EXP	2028-11-08	LOT	338781B	更新日期：	2025-02
2 / 4								

批号：338781B			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(17-Oh-Preg)17-羟基-孕烯醇酮			
Agilent agilent \ HPLC	ng/mL	4.23	3.39-5.07
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	63.8	51-76.6
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	159	127-191
(AFP)甲胎蛋白			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	218	174-262
(ALD)醛固酮			
Agilent agilent \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	333	266-400
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	4.71	3.77-5.65
(ASD)雄烯二酮			
Agilent agilent \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.61	4.46-6.76
(CA 125)糖类抗原 125			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	148	118-178
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	75	60-90
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	75.3	60.2-90.4
(CEA)癌胚抗原			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	37.8	30.2-45.4
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	42.3	33.9-50.7
(Cortisol)皮质醇			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	ng/mL	272	200-344
(C-P)C-肽			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.82	2.22-3.42
(DGXN)地高辛			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.92	2.34-3.5
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	ng/mL	7840	6270-9400
(E2)雌二醇			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1570	1250-1880
(EPO)促红细胞生成素			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	105	84-126
(FA)叶酸			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.4	10.7-16.1

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	540-3	6×3mL	EXP	2028-11-08	LOT	338781B	更新日期：	2025-02
3 / 4								

(Ferritin)铁蛋白			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	415	332-498
(FSH)促卵泡刺激素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	39.2	31.4-47
(FT3)游离T3			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	19.3	15.4-23.2
(FT4)游离T4			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	44.5	35.6-53.4
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	497	398-596
(HCY)同型半胱氨酸			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	µmol/L	39.6	31.7-47.5
(HGH)人生长激素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	8.1	6.48-9.72
(HS-CTnI) (高) 超敏肌钙蛋白I			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.99	3.99-5.99
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Tosoh AIA Series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	255	204-306
(IGF1)胰岛素生长因子1			
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	17.1	13.7-20.5
(INS)胰岛素			
Tosoh AIA Series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	686	548-824
Tosoh AIA Series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	98.8	79-119
(LH)促黄体生成素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	41.9	33.5-50.3
(MetyA)甲基丙二酸			
Agilent Dedicated \ MS	µmol/L	0.67	0.53-0.81
(Myo / Mb)肌红蛋白			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	283	226-340
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1920	1530-2300
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	226	181-271
(PRL)催/ 泌乳素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	33.7	27-40.4
(PROG)孕酮			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	25.7	20.5-30.9
(PSA)前列腺特异性抗原			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	20	16-24

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	540-3	6×3mL	EXP	2028-11-08	LOT	338781B	更新日期：	2025-02
4 / 4								

(PTH)甲状旁腺素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	224	179-269
(TES)睾酮			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	2.82	2.25-3.39
(THEO)茶碱			
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	26.1	20.9-31.3
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.64	1.31-1.97
(TSH)促甲状腺素			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	27.6	22.1-33.1
(TT3)总三碘甲状原氨酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.16	2.54-3.78
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.51	2.02-3
(TT4)总T4			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	207	166-248
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	212	170-254
(VB12)维生素B12			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	859	688-1020
(Vit D3)维生素D3			
Waters ACQUITY TQ-S Series Waters \ HPLC-MSIMS	ng/mL	58.6	46.9-70.3
(β2M)β-2-微球蛋白			
Tosoh AIA Series TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	2.71	2.17-3.25

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。