

REF

512-2

6×3mL

EXP

2023-04-30

LOT

30D95F4

更新日期：

2020-10

1 / 2

批号：30D95F4

项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	122	100-144
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	123	101-145
(CA 125)糖类抗原 125			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	74.2	59.8-88.6
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	99.6	81.6-118
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	36.8	29.2-44.4
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	67.4	54-80.8
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	134	108-160
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	106	84-128
(CA 72-4)糖类抗原 72-4			
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	22.3	17.9-26.7
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	19.6	15.2-24
(CEA)癌胚抗原			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	23.5	19.1-27.9
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	19.4	15.8-23
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段			
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	36.7	29.1-44.3
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	34.8	26.6-43
(Ferritin)铁蛋白			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	248	196-300
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	μg/L	297	255-339
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.21	2.63-3.79
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.02	1.66-2.38
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	106	84-128
(NSE)神经元特异性烯醇化酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.2	8-12.4
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.1	8.7-13.5
(PSA)前列腺特异性抗原			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.2	13.6-18.8
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.1	9.9-14.3
(Tg)甲状腺球蛋白			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	54.8	43-66.6

报告类别： 示范实验室数据报告



质控品名： 肿瘤标志物液体非定值质控品Plus

REF	512-2	6×3mL	EXP	2023-04-30	LOT	30D95F4	更新日期：	2020-10
								2 / 2

		批号：30D95F4	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	16.3	13.1-19.5
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	19.8	16-23.6

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。