

REF

512-2

6×3mL

EXP

2022-08-10

LOT

30D9594

更新日期：

2020-11

1 / 2

批号：30D9594

项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	152	120-184
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	148	116-180
(CA 125)糖类抗原 125			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	84.6	67.8-101
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	112	90-134
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	42.2	33.6-50.8
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	92.4	73.8-111
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	152	124-180
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	82.6	66.2-99
(CA 72-4)糖类抗原 72-4			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	31.8	25.4-38.2
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	31.5	25.1-37.9
(CEA)癌胚抗原			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	29.6	23.8-35.4
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	22.5	17.9-27.1
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	40.6	32.4-48.8
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	41.3	33.1-49.5
(Ferritin)铁蛋白			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	272	220-324
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	μg/L	301	241-361
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.02	3.16-4.88
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.63	2.11-3.15
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	121	97-145
(NSE)神经元特异性烯醇化酶			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.5	10.1-14.9
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.7	10.1-15.3
(PSA)前列腺特异性抗原			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	21.4	17-25.8
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	18.3	14.5-22.1
(Tg)甲状腺球蛋白			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	50.8	41.2-60.4

REF	512-2	6×3mL	EXP	2022-08-10	LOT	30D9594	更新日期：	2020-11
								2 / 2

		批号：30D9594	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	49.9	40.1-59.7
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	15.9	12.7-19.1
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	22.1	17.5-26.7
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	124	100-148

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。