

REF	512-3	6×3mL	EXP	2022-08-10	LOT	30DBCA4	更新日期：	2021-06
								1 / 2

批号：30DBCA4			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	288	232-344
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	265	213-317
Caris200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	225	180-270
(CA 125)糖类抗原 125			
Caris200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	255	204-306
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	142	114-170
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	188	150-226
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	70.4	56.6-84.2
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	154	124-184
Caris200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	193	154-232
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Caris200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	226	181-271
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	271	215-327
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	137	109-165
(CA 72-4)糖类抗原 72-4			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	55.7	44.7-66.7
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	56.3	45.1-67.5
(CEA)癌胚抗原			
Caris200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	40.9	32.7-49.1
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	57.9	46.1-69.7
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	39.2	31.4-47
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	75.4	60-90.8
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	74.2	59.4-89
Caris200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	76	60.8-91.2
(Ferritin)铁蛋白			
Caris200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	405	324-486
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	μg/L	640	512-768
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	522	420-624
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.93	6.43-9.43
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.06	4.04-6.08
Caris200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.53	3.62-5.44

REF	512-3	6×3mL	EXP	2022-08-10	LOT	30DBCA4	更新日期：	2021-06
								2 / 2

		批号：30DBCA4	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	224	180-268
(NSE)神经元特异性烯醇化酶			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	22.6	17.8-27.4
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	22.1	17.5-26.7
(PSA)前列腺特异性抗原			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	42.8	34.4-51.2
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	36.7	29.3-44.1
Caris200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	31.4	25.1-37.7
(Tg)甲状腺球蛋白			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	114	92-136
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	123	99-147
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	13.8	11.2-16.4
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	40.9	32.7-49.1
Caris200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	27.7	22.2-33.2
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	236	188-284

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。