

ToRCH全套非定值质控品

Unassayed ToRCH Control

REF 货号 / Cat : 798-N

规格 / Qty : 6 × 5mL

【预期用途】:

本产品为非定值质控品, 用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。

【摘要及原理】:

非定值质控品主要用于客观评估临床实验室检测方法的精密度, 是实验室全面质量管理中不可缺少的一部分。

【组成成份】:

本产品以人血清为基础, 添加了高纯度生物提取物、稳定剂、稀释剂等, 其性状为冷藏液态。

【储存条件及效期】:

未开瓶

2°C~8°C	可稳定保存至效期结束。
---------	-------------

开瓶后

2°C~8°C	可稳定保存60天。
分装	于30分钟内分装冷冻至-70°C~-20°C储存, 稳定效期见【储存条件及效期】。经过单次冻融后的样本需在60分钟内检测, 检测后丢弃剩余样本, 不可多次冻融。

于冷藏或室温条件下运输本产品。

【适用仪器】:

本产品适用于检测参数列表所列项目的仪器设备。在使用时无需配合专门的检测设备或检测试剂盒。

【使用方法】:

应将本产品视为患者样本, 并参照所使用的仪器、配件或试剂的说明进行操作。

1. 从冰箱取出本产品, 轻柔颠倒混匀8~10次, 以确保充分混匀。
2. 取出足量样品置于样本杯中。
3. 每次完成取样后, 务必及时盖回瓶盖并放回冰箱储存。
4. 将取出的样品, 室温静置15~20分钟, 上机检测。

注意:

1. 已取出的样本不得倒回原瓶中。
2. 操作中请注意预防微生物污染。
3. 若发现包装破损, 请及时联系售后服务商。

Pretrol®

【限制】:

1. 本产品超出效期后切勿使用。
2. 使用中若发现有微生物污染或浊度过高, 切勿使用。
3. 本产品不能用作标准品或对照品。
4. 丢弃本产品时, 请务必按照当地废弃物管理部门的要求进行处理。

【警告】:

本产品所使用的生物原料已进行了灭活处理, 但可能含有其他尚无合适检测方法的感染性病原体。按照良好实验室规范的要求, 所有人源物质均应视为具有潜在感染性, 并采用与患者样本相同的防范措施进行处理。

【参考文献】:

1. CLSI. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions; Approved Guideline—Third Edition. CLSI document C24-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2006.
2. Westgard JO. Internal quality control: planning and implementation strategies. Ann Clin Biochem. 2003;593-611.

【企业信息】:

生产企业名称: 上海惠中生物科技有限公司
住所: 上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层, 3幢1层、2层、4层
联系方式: 86-21-58547250/58990629
生产地址: 上海市金山区山阳镇卫昌路1018号3幢一层、二层北部、四层
生产许可证编号: 沪药监械生产许20120954号
售后服务单位名称: 上海昆涑生物科技有限公司
电话: 021-55969126

【说明书核准及修改日期】:

核准日期: 2023年11月01日

【说明书版本号】:

V6.61

QUALAB 上海昆涑生物科技有限公司
Qualab Biotech Co., Ltd. (Shanghai)

REF 产品货号	LOT 产品批号	 产品效期	 避光保存	 警告, 查阅随附文件	 制造商	 温度条件
--------------------	--------------------	---	---	---	--	---

【参数列表】:

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
抗巨细胞病毒 IgG(CMV IgG)	抗弓形体 IgG(TOX IgG)	抗风疹病毒 IgG(RV IgG)
抗1/2型单纯疱疹病毒IgG(HSV-1/2 IgG)	抗巨细胞病毒 IgM(CMV IgM)	抗弓形体 IgM(TOX IgM)
抗风疹病毒 IgM(RV IgM)	抗1/2型单纯疱疹病毒 IgM(HSV-1/2 IgM)	

示范实验室数据/ Peer Group Data: <http://www.china-qlab.com/sfsj.html>

注: 示范实验室数据是若干实验室的汇总数据, 仅供学习、参考之用。根据良好实验室规范的要求, 实验室需遵循相关技术规范确定自己的均值和可接受范围。

