

REF	685-3	6×3mL	EXP	2025-03-31	LOT	415B7F1	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号：415B7F1			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(OB)隐血					
Orienter FA Series ORIENTER \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
AVE-562 AVE \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
Manual OTHER \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
Manual BASO \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA
Manual Abbott \ Dipstick	Qualitative	NA	NA	NA	NA

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。