

REF	513-2 6x3mL	EXP 2028-05-11	LOT 30F1DC1	更新日期： 2025-03 1 / 3
------------	----------------	-----------------------	--------------------	------------------------

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(AFP)甲胎蛋白	(CEA)癌胚抗原	(hCG)人绒毛膜促性腺激素
(PSA)前列腺特异性抗原	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(Ferritin)铁蛋白	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段	(SCC)鳞状细胞癌抗原
(TPA)组织多肽抗原	(TPS)组织多肽特异抗原	(CA 50)糖类抗原 50
(CA 72-4)糖类抗原 72-4	(CA242)糖类抗原 242	(HE4)人附睾蛋白4

REF	513-2	6x3mL	EXP	2028-05-11	LOT	30F1DC1	更新日期:	2025-03
								2 / 3

批号: 30F1DC1			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	ng/mL	65.3	49.8-80.8
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
Abbott Alinity i Series	ng/mL	64.6	59.8-69.4
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
maglumi system	ng/mL	132	111-153
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche Modular E170	ng/mL	69.7	55.8-83.6
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(CA 125)糖类抗原 125			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	IU/mL	140	122-158
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
Abbott Alinity i Series	IU/mL	313	286-340
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas E601/602	IU/mL	202	197-207
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche Modular E170	IU/mL	210	168-252
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	IU/mL	68.5	42.6-94.4
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
Abbott Alinity i Series	IU/mL	99.2	88.7-109.7
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas E601/602	IU/mL	59	55.9-62.1
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche Modular E170	IU/mL	77.1	61.7-92.5
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	IU/mL	87.1	74.4-99.8
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
Roche cobas E601/602	IU/mL	77.6	74.5-80.7
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche Modular E170	IU/mL	92	73.6-110.4
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(CA 50)糖类抗原 50			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	IU/mL	59.6	54.2-65
Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(CA 72-4)糖类抗原 72-4			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	IU/mL	11.4	10.3-12.5
Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas E601/602	IU/mL	7.31	6.96-7.66
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	IU/mL	9.64	8.87-10.41
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
Roche Modular E170	IU/mL	10.5	8.4-12.6
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(CA242)糖类抗原 242			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	U/mL	60.6	49.1-72.1
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
ADC Elisa Series	U/mL	40.3	32.2-48.4
ADDCARE \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
(CEA)癌胚抗原			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	ng/mL	28.4	22.5-34.3
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
Abbott Alinity i Series	ng/mL	35.5	29.7-41.3
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche Modular E170	ng/mL	32.4	25.9-38.9
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	ng/mL	13.8	7.6-20
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	ng/mL	17.7	16.3-19.1
Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Abbott Alinity i Series	ng/mL	14.9	13.4-16.4
Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)			
Roche cobas E601/602	ng/mL	15.9	15.2-16.6
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche Modular E170	ng/mL	15.7	12.6-18.8
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(Ferritin)铁蛋白			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	ng/mL	364	307-421
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			
Roche Modular E170	ng/mL	305	244-366
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	ng/mL	4.88	3.35-6.41
Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)			

REF	513-2	6x3mL	EXP	2028-05-11	LOT	30F1DC1	更新日期:	2025-03
								3 / 3

Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.99	5.24-6.74
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.48	3.5-5.46
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	142	114-170
(HE4)人附睾蛋白4			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	206	174-238
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	185	163-207
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	318	254-382
(PSA)前列腺特异性抗原			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	11.3	6.1-16.5
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.2	11.2-15.2
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.5	14-21
(SCC)鳞状细胞癌抗原			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	13.5	8.6-18.4
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.2	15.5-18.9
OTHER Mindray \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	11.7	10.6-12.8
Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.4	13.1-19.7
(TPA)组织多肽抗原			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/L	2728	2182-3274
(TPS)组织多肽特异抗原			
ADC Elisa Series ADDCARE \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/L	125	100-150
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	0.057	0.027-0.087

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。