

<b>REF</b>	670-3	6x1mL	<b>EXP</b>	2023-11-19	<b>LOT</b>	3FED429	更新日期:	2024-08
								1 / 1

批号: 3FED429						
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数		
<b>(APTT)活化部分凝血活酶时间</b>						
Sysmex CS 5100	Seconds	97.4	14.7%	6	<100	
sysmex \ Magnetic Beads						
Stago STA series	Seconds	105	12%	<5	<100	
Dedicated \ Magnetic Beads						
Werfen ACL series	Seconds	101	12%	<5	<100	
Werfen \ Light scattering						
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	112	12%	<5	<100	
Siemens \ Light scattering						
<b>(AT-III)抗凝血酶III</b>						
Werfen ACL series	%	26.3	12%	<5	<100	
Dedicated \ Nephelometry						
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	26.9	12%	<5	<100	
Siemens \ Nephelometry						
<b>(FIB)纤维蛋白原</b>						
Sysmex CS 5100	g/L	1.19	11.4%	6	102	
sysmex \ Magnetic Beads						
Werfen ACL series	g/L	1.35	12%	<5	<100	
Werfen \ Light scattering						
Stago STA series	g/L	1.46	12%	<5	<100	
Dedicated \ Magnetic Beads						
Sysmex CA 1500/6000/7000	g/L	1.32	12%	<5	<100	
Siemens \ Light scattering						
<b>(PT INR)PT国际标准化比值</b>						
Sysmex CS 5100	INR	3.93	12.7%	5	<100	
sysmex \ Calculate						
Werfen ACL series	INR	4.19	12%	<5	<100	
Werfen \ Calculate						
Stago STA series	INR	4.23	12%	<5	<100	
Stago \ Calculate						
Sysmex CA 1500/6000/7000	INR	4.21	12%	<5	<100	
Siemens \ Calculate						
<b>(PT)血浆凝血酶原时间</b>						
Sysmex CS 5100	Seconds	41.5	6.4%	<5	<100	
sysmex \ Magnetic Beads						
Stago STA series	Seconds	43.6	12%	<5	<100	
Dedicated \ Light scattering						
Werfen ACL series	Seconds	42.5	12%	<5	<100	
Werfen \ Light scattering						
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	42.3	12%	<5	<100	
Siemens \ Light scattering						
<b>(TT)凝血酶时间</b>						
Sysmex CS 5100	Seconds	20.4	36.2%	<5	<100	
sysmex \ Magnetic Beads						
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	16.8	12%	<5	<100	
Dedicated \ Light scattering						
Werfen ACL series	Seconds	23.5	12%	<5	<100	
Werfen \ Light scattering						

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。