

REF	670-3	6x1mL	EXP	2024-12-20	LOT	3FED48E	更新日期:	2024-08
								1 / 1

批号: 3FED48E						
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数		
(APTT)活化部分凝血活酶时间						
Stago STA series	Seconds	80.3	10%	<5	<100	
Stago \ Magnetic Beads	Seconds	67.9	12%	<5	<100	
Stago STA series	Seconds	109	12%	<5	<100	
STA-Neoplastine CI \ Magnetic Beads	Seconds	147	1.9%	<5	<100	
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	80.3	12%	<5	<100	
Siemens \ Light scattering	Seconds					
Sysmex CS 5100	Seconds					
sysmex \ Light scattering	Seconds					
Werfen ACL series	Seconds					
Werfen \ Light scattering	Seconds					
(AT-III)抗凝血酶III						
Sysmex CS 5100	%	24.7	2.6%	<5	<100	
sysmex \ Nephelometry	%	21.1	10%	<5	<100	
Stago STA series	%	21.1	12%	<5	<100	
Stago \ Nephelometry	%	23.4	12%	<5	<100	
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	33.6	10.5%	<5	<100	
Siemens \ Nephelometry	%					
Werfen ACL series	%					
Werfen \ Nephelometry	%					
Sysmex CS 5100	%					
Reebio \ Nephelometry	%					
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)						
OTHER	mg/L	13.3	4.8%	20	527	
SUNBIO \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L					
(FIB)纤维蛋白原						
Sysmex CS 5100	g/L	0.433	107.1%	<5	<100	
sysmex \ Light scattering	g/L	1.17	11%	<5	<100	
Werfen ACL series	g/L	1.84	12%	<5	<100	
Werfen \ Light scattering	g/L	1.88	10%	<5	<100	
Sysmex CA 1500/6000/7000	g/L					
Siemens \ Light scattering	g/L					
Stago STA series	g/L					
Stago \ Magnetic Beads	g/L					
(PT)血浆凝血酶原时间						
Sysmex CS 5100	Seconds	42.8	5.8%	<5	<100	
sysmex \ Light scattering	Seconds	49.9	12%	<5	<100	
Stago STA series	Seconds	25.1	10%	<5	<100	
Dedicated \ Magnetic Beads	Seconds	40.9	12%	<5	<100	
Stago STA series	Seconds	46.1	12%	<5	<100	
Stago \ Magnetic Beads	Seconds					
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds					
Siemens \ Light scattering	Seconds					
Werfen ACL series	Seconds					
Werfen \ Light scattering	Seconds					
(TT)凝血酶时间						
Sysmex CS 5100	Seconds	20.8	19.5%	<5	<100	
sysmex \ Light scattering	Seconds	19.6	12%	<5	<100	
Werfen ACL series	Seconds					
Werfen \ Light scattering	Seconds					

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。