

<b>REF</b>	539-2	6x3mL	<b>EXP</b>	2025-01-01	<b>LOT</b>	336C999	更新日期： 2025-02
							1 / 5

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(CK)肌酸激酶	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)	(Myo / Mb)肌红蛋白
(TnI)肌钙蛋白I	(TnT)肌钙蛋白T	(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体
(DGXN)地高辛	(TT3)总三碘甲状腺氨酸	(FT3)游离T3
(TT4)总T4	(FT4)游离T4	(TSH)促甲状腺素
(Cortisol)皮质醇	(FSH)促卵泡刺激素	(LH)促黄体生成素
(PROG)孕酮	(PRL)催/泌乳素	(TES)睾酮
(E2)雌二醇	(C-P)C-肽	(FA)叶酸
(INS)胰岛素	(VB12)维生素B12	(IgE)免疫球蛋白 IgE
(AFP)甲胎蛋白	(CEA)癌胚抗原	(hCG)人绒毛膜促性腺激素
(PSA)前列腺特异性抗原	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(β2M)β-2-微球蛋白	(Ferritin)铁蛋白
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(HCY)同型半胱氨酸
(ALD)醛固酮	(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体	(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮	(EPO)促红细胞生成素	(HGH)人生长激素
(IGF1)胰岛素生长因子1	(PTH)甲状旁腺素	(Tg)甲状腺球蛋白
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(PCT)降钙素原	

<b>REF</b>	539-2	6x3mL	<b>EXP</b>	2025-01-01	<b>LOT</b>	336C999	更新日期:	2025-02
								2 / 5

批号: 336C999			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
<b>(25-OH-Vit D)25羟基维生素D</b>			
Roche cobas E601/602	ng/mL	35.3	26.8-43.8
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche cobas E601/602	nmol/L	88.1	67-109.2
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
<b>(AFP)甲胎蛋白</b>			
maglumi system	ng/mL	129	119-139
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	ng/mL	117	106-128
Autobio \ OTHER			
Maccura i3000	ng/mL	154	127-181
MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	ng/mL	141	116-166
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	141	135-147
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche cobas E601/602	ng/mL	144	109-179
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
<b>(ALD)醛固酮</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	pg/mL	3200	2432-3968
Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
<b>(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	IU/mL	43.7	21-66.4
Autobio \ OTHER			
Roche cobas E601/602	IU/mL	75.3	57.2-93.4
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
<b>(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	IU/mL	31.9	28.8-35
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Roche cobas E601/602	IU/mL	32.6	24.8-40.4
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
<b>(CA 125)糖类抗原 125</b>			
maglumi system	IU/mL	53.3	50.2-56.4
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	IU/mL	56	47.4-64.6
Autobio \ OTHER			
Maccura i3000	IU/mL	75.2	62.6-87.8
MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	IU/mL	80.6	73.2-88
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	46.6	43.2-50
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche cobas E601/602	IU/mL	50.8	38.6-63
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
<b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	IU/mL	24	22.4-25.6
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	IU/mL	49.8	40-59.6
Autobio \ OTHER			
Maccura i3000	IU/mL	46.3	40.5-52.1
MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	49.7	46.9-52.5
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche cobas E601/602	IU/mL	46.9	35.6-58.2
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Beckman UniCel Dxl 600/800	IU/mL	21.3	18.9-23.7
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
<b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	IU/mL	67.8	39.5-96.1
Autobio \ OTHER			
Maccura i3000	IU/mL	33.2	29.2-37.2
MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	IU/mL	40.2	35.5-44.9
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Roche cobas E601/602	IU/mL	45.6	34.7-56.5
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
maglumi system	IU/mL	57.6	53.2-62
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	49.8	44.7-54.9
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
<b>(CEA)癌胚抗原</b>			
maglumi system	ng/mL	6.74	5.93-7.55
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	ng/mL	16.2	13.6-18.8
Autobio \ OTHER			
Maccura i3000	ng/mL	10.4	7.6-13.2
MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	ng/mL	6.12	5.52-6.72
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )			
Roche cobas E601/602	ng/mL	8.81	6.7-10.92
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	1.22	1.22-1.22
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)			

<b>REF</b>	539-2	6x3mL	<b>EXP</b>	2025-01-01	<b>LOT</b>	336C999	更新日期:	2025-02
								3 / 5

<b>(CK)肌酸激酶</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease-UV-rate	U/L	86.5	65.7-107.3
<b>(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)</b>			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.3	9.3-15.3
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	U/L	15.4	11.7-19.1
<b>(Cortisol)皮质醇</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	243	185-301
<b>(C-P)C-肽</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.31	2.06-2.56
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.27	1.73-2.81
<b>(DGXN)地高辛</b>			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.43	1.85-3.01
<b>(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6743	5125-8361
<b>(E2)雌二醇</b>			
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	1445	1353-1537
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	902	788-1016
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1025	779-1271
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	686	586-786
<b>(EPO)促红细胞生成素</b>			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/mL	38.8	29.5-48.1
<b>(FA)叶酸</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.71	5.1-8.32
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	203	188-218
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	188	143-233
<b>(F-PSA)游离前列腺特异性抗原</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	5.95	5.38-6.52
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ OTHER	ng/mL	7.29	5.66-8.92
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.31	4.47-6.15
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.46	4.15-6.77
<b>(FSH)促卵泡刺激素</b>			
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	23.1	19.8-26.4
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	23.7	20.9-26.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	25.4	19.3-31.5
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	26.9	25.5-28.3
<b>(FT3)游离T3</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	11.1	10.5-11.7
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ OTHER	pmol/L	15.3	13.3-17.3
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	12	11.3-12.7
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	13.6	11.7-15.5
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	13.4	7.5-19.3
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	12.3	9.3-15.3
<b>(FT4 )游离T4</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	30.2	28.6-31.8
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ OTHER	pmol/L	31.2	26.8-35.6
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	35	33.7-36.3
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	32.5	28.7-36.3
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	46.8	34.8-58.8

<b>REF</b>	539-2	6x3mL	<b>EXP</b>	2025-01-01	<b>LOT</b>	336C999	更新日期:	2025-02
								4 / 5

Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	33.5	25.5-41.5
<b>(hCG)人绒毛膜促性腺激素</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	90.4	81-99.8
<b>(HCY)同型半胱氨酸</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	21.5	16.3-26.7
<b>(HGH)人生长激素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	4.12	3.13-5.11
<b>(IgE)免疫球蛋白 IgE</b>			
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	82.4	62.6-102.2
<b>(IGF1)胰岛素生长因子1</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	236	179-293
<b>(INS)胰岛素</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	30.4	27.4-33.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	32.4	24.6-40.2
<b>(LH)促黄体生成素</b>			
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	24.4	20.7-28.1
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	21.3	20.7-21.9
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	31.4	29.6-33.2
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	21.3	16.2-26.4
<b>(Myo / Mb)肌红蛋白</b>			
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	μg/L	169	138-200
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	125	95-155
<b>(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体</b>			
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pg/mL	640	553-727
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	75.2	65-85.4
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1180	897-1463
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	139	106-172
<b>(PCT)降钙素原</b>			
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	29.7	29.7-29.7
<b>(PRL)催乳素</b>			
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	16.8	14.6-19
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14.9	13.9-15.9
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.5	13.3-21.7
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	14.8	14.2-15.4
<b>(PROG)孕酮</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	12.4	10.9-13.9
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	10.7	9.4-12
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.3	9.9-12.7
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.4	8.7-14.1
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	10.4	9.3-11.5
<b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>			
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	11.8	10.5-13.1
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	12.3	11.2-13.4
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.9	10.3-13.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	14.5	11-18
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	11.7	10.7-12.7
<b>(PTH)甲状旁腺素</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	6.18	5.87-6.49
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	7.28	5.53-9.03

<b>REF</b>	539-2	6x3mL	<b>EXP</b>	2025-01-01	<b>LOT</b>	336C999	<b>更新日期:</b>	2025-02
								5 / 5

<b>(TES)睾酮</b>			
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.439	0.373-0.505
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.438	0.364-0.512
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.499	0.379-0.619
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.5	0.341-0.659
<b>(Tg)甲状腺球蛋白</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.35	7.11-11.59
<b>(TnI)肌钙蛋白I</b>			
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.225	0.202-0.248
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.371	0.282-0.46
<b>(TnT)肌钙蛋白T</b>			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.12	0.85-1.39
<b>(TSH)促甲状腺素</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/L	10.3	9.7-10.9
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ OTHER	mIU/L	9.41	8.54-10.28
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.2	9.9-10.5
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/L	10	9.4-10.6
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/L	11.2	10.5-11.9
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.8	8.2-13.4
<b>(TT3)总三碘甲状腺原氨酸</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	2.15	2.04-2.26
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ OTHER	ng/mL	1.96	1.68-2.24
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.87	2.7-3.04
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	2.48	1.4-3.56
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.55	1.94-3.16
<b>(TT4)总T4</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	129	122-136
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ OTHER	ng/mL	130	110-150
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	131	125-137
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	158	120-196
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	138	105-171
<b>(VB12)维生素B12</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	759	577-941
<b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	1210	920-1500
<b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	0.206	0.184-0.228
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	0.087	0.082-0.092
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.135	0.103-0.167

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。