

<b>REF</b>	600-2	30x1.7mL	<b>EXP</b>	2026-12-22	<b>LOT</b>	393DE1D	更新日期:	2025-02
								1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(K)钾	(Na)钠	(Cl)氯
(Ca)钙	(pH)酸碱度	(PO2)氧分压
(PCO2)二氧化碳分压	(GLU)葡萄糖	(LA)乳酸

<b>REF</b>	600-2	30x1.7mL	<b>EXP</b>	2026-12-22	<b>LOT</b>	393DE1D	更新日期:	2025-02
								2 / 2

批号: 393DE1D			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
<b>(Ca)钙</b>			
Roche cobas b 121/123/221 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	0.459	0.425-0.493
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (direct)	mmol/L	0.97	0.776-1.164
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (indirect)	mmol/L	0.546	0.415-0.677
<b>(Cl)氯</b>			
Roche cobas b 121/123/221 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	90.8	88.8-92.8
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	90.7	68.9-112.5
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (direct)	mmol/L	92.1	73.7-110.5
<b>(GLU)葡萄糖</b>			
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Glucose oxidase (oxygen electrode)	mmol/L	0.3	0.3-0.3
<b>(K)钾</b>			
Roche cobas b 121/123/221 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	4.09	3.98-4.2
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	4	4-4
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (direct)	mmol/L	3.8	3.04-4.56
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	4.1	3.12-5.08
<b>(LA)乳酸</b>			
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Glucose oxidase (oxygen electrode)	mmol/L	0.2	0.2-0.2
<b>(Na)钠</b>			
Roche cobas b 121/123/221 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	132	130-134
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	132	132-132
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	131	100-162
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (direct)	mmol/L	133	106-160
<b>(PCO2)二氧化碳分压</b>			
Roche cobas b 121/123/221 Dedicated \ Electrode	mmHg	42.5	40-45
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	mmHg	41	41-41
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	40	32-48
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	mmHg	42.4	32.2-52.6
<b>(pH)酸碱度</b>			
Roche cobas b 121/123/221 Dedicated \ Electrode	No Units	7.35	7.29-7.41
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	No Units	7.35	7.35-7.35
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	No Units	7.29	5.54-9.04
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.32	5.86-8.78
<b>(PO2)氧分压</b>			
Roche cobas b 121/123/221 Dedicated \ Electrode	mmHg	124	118-130
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	mmHg	104	104-104
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	109	87-131
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	mmHg	101	77-125

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。