

质控品名： 心肌标志物液体非定值质控品

|       |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-------|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF   | 530-3 | 6×3mL | EXP | 2025-05-01 | LOT | 129350C | 更新日期： | 2024-04 |
| 1 / 2 |       |       |     |            |     |         |       |         |

| 批号：129350C                                                                            |        |         |       |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|------|
| 项目\仪器\试剂\方法                                                                           | 单位     | 均值 \ CV |       | Lab \ 点数 |      |
| (BNP)B型利钠肽                                                                            |        |         |       |          |      |
| OTHER<br>OTHER \ OTHER                                                                | pg/mL  | 5       | 0%    | <5       | <100 |
| (CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量                                                                 |        |         |       |          |      |
| PerkinElmer SuperFlex<br>PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )          | ng/mL  | 77.6    | 15%   | <5       | <100 |
| Roche cobas e411<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)             | ng/mL  | 66.3    | 12.2% | <5       | <100 |
| Beckman AU series<br>Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )          | ng/mL  | 43.6    | 1.2%  | <5       | <100 |
| J&J Vitros ECL<br>Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )                       | ng/mL  | 40.8    | 12%   | <5       | <100 |
| Maccura i3000<br>MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )                        | ng/mL  | 57.1    | 4.9%  | <5       | <100 |
| (CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)                                                                   |        |         |       |          |      |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Enzyme immunoassay (EIA)                        | U/L    | 48.5    | 12.2% | <5       | <100 |
| Beckman AU series<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)                         | U/L    | 59.8    | 1.3%  | <5       | <100 |
| Beckman UniCel Dxl 600/800<br>Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | ng/mL  | 111     | 12.1% | <5       | <100 |
| (CRP)C反应蛋白                                                                            |        |         |       |          |      |
| PerkinElmer SuperFlex<br>PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )          | mg/dL  | 1.12    | 15%   | <5       | <100 |
| (D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)                                                                 |        |         |       |          |      |
| Sysmex CS 5100<br>sysmex \ Nephelometry                                               | mg/L   | 3.67    | 12.3% | <5       | <100 |
| Roche ACCU-CHEK series<br>Roche \ Nephelometry                                        | mg/L   | 1.58    | 12%   | <5       | <100 |
| OTHER<br>OTHER \ OTHER                                                                | mg/L   | 1.37    | 0%    | <5       | <100 |
| (D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)                                                                 |        |         |       |          |      |
| PerkinElmer SuperFlex<br>PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )          | mg/L   | 21      | 15%   | <5       | <100 |
| (FDP)纤维蛋白(原)降解产物                                                                      |        |         |       |          |      |
| Sysmex CS 5100<br>sysmex \ Nephelometry                                               | mg/L   | 11.3    | 12.6% | <5       | <100 |
| (hs-CRP)超敏C反应蛋白                                                                       |        |         |       |          |      |
| Beckman AU series<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)                       | mg/L   | 8.06    | 12%   | <5       | <100 |
| Beckman Image 800<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)                       | mg/L   | 9.57    | 12.2% | <5       | <100 |
| (Myo / Mb)肌红蛋白                                                                        |        |         |       |          |      |
| Ortho Vitros 3600/5600<br>Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )               | μg/L   | 794     | 12%   | 13       | 189  |
| Roche cobas e411<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)             | μg/L   | 329     | 11.9% | <5       | <100 |
| Beckman UniCel Dxl 600/800<br>Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | μg/L   | 409     | 12%   | <5       | <100 |
| PerkinElmer SuperFlex<br>PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )          | μg/L   | 134     | 15%   | <5       | <100 |
| Maccura i3000<br>MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )                        | μg/L   | 376     | 4.1%  | <5       | <100 |
| Beckman AU series<br>Beckman Coulter \ immunoturbidimetric                            | μg/L   | 382     | 1.8%  | <5       | <100 |
| OTHER<br>OTHER \ OTHER                                                                | μg/L   | 268     | 0%    | <5       | <100 |
| (NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体                                                                  |        |         |       |          |      |
| Ortho Vitros 3600/5600<br>Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )               | pg/mL  | 1454    | 72.2% | 13       | 185  |
| Ortho Vitros 3600/5600<br>Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )               | pmol/L | 171     | 72.2% | 13       | 185  |
| Roche cobas e411<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)             | pg/mL  | 1404    | 12.1% | <5       | <100 |
| Roche cobas e411<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)             | pmol/L | 165     | 12.1% | <5       | <100 |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)         | pg/mL  | 2118    | 9.4%  | <5       | <100 |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)         | pmol/L | 249     | 9.4%  | <5       | <100 |
| (TnI)肌钙蛋白I                                                                            |        |         |       |          |      |
| Ortho Vitros 3600/5600<br>Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )               | ng/mL  | 0.083   | 3.8%  | 13       | 191  |
| Beckman UniCel Dxl 600/800<br>Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | ng/mL  | 11.1    | 12.2% | <5       | <100 |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)         | ng/mL  | 0.119   | 8.2%  | <5       | <100 |
| J&J Vitros ECL<br>Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )                       | ng/mL  | 67.4    | 12%   | <5       | <100 |

报告类别： 汇总实验室数据报告



质控品名： 心肌标志物液体非定值质控品

|       |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-------|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF   | 530-3 | 6×3mL | EXP | 2025-05-01 | LOT | 129350C | 更新日期： | 2024-04 |
| 2 / 2 |       |       |     |            |     |         |       |         |

|               |       |            |    |          |      |
|---------------|-------|------------|----|----------|------|
|               |       | 批号：129350C |    |          |      |
| 项目\仪器\试剂\方法   | 单位    | 均值 \ CV    |    | Lab \ 点数 |      |
| OTHER         | ng/mL | 13         | 0% | <5       | <100 |
| OTHER \ OTHER |       |            |    |          |      |

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。