报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **凝血五项非定值质控品**

REF	670-1	6×1mL	EXP	2025-12-23	LOT	3FE86D2	更新日期：	2024-08

		批号：3FE86D2			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APTT)活化部分凝血活酶时间					
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	33	10%	<5	<100
Sysmex CN Series sysmex \ Light scattering	Seconds	34.8	1.8%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen Hemosil SynthAsil APTT \ Light scattering	Seconds	32	10%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Light scattering	Seconds	36	10%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Light scattering	Seconds	33	10%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen Hemosil APTT-SP \ Light scattering	Seconds	28	10%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens Dade Actin(APTT) \ Light scattering	Seconds	34	10%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens Pathrombin SL(APTT) \ Light scattering	Seconds	37	10%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Sysmex CN Series sysmex \ Nephelometry	%	95	2%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens Berichrom Antithrombin III（AT□） \ Nephelometry	%	95	10%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen HemosIL Liquid Antithrombin（AT□） \ Nephelometry	%	96	10%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen IL Antithrombin III Chromogenic（AT□） \ Nephelometry	%	96	10%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens Innovance Antithrombin（AT□） \ Nephelometry	%	98	10%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Dirui BCA Series DIRUI \ Nephelometry	mg/L	0.69	10%	<5	<100
Werfen ACL series Wenfen HemosIL D-Dimer \ Nephelometry	mg/L	0.472	10%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen HemosIL D-Dimer HS \ Nephelometry	mg/L	0.452	10%	<5	<100
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	mg/L	1.36	10%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Nephelometry	mg/L	0.77	10.4%	<5	<100
(FIB)纤维蛋白原					
Sysmex CN Series sysmex \ Light scattering	g/L	2.93	1.2%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Light scattering	g/L	3.58	10%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens Multifibren U（FIB） \ Light scattering	g/L	3.58	10%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen HemosIL QFA Thrombin（FIB） \ Light scattering	g/L	3.48	10%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen HemosIL Fib-C \ Light scattering	g/L	3.37	10%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens Thrombin（FIB） \ Light scattering	g/L	3.3	10%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	g/L	3.63	10%	<5	<100
(PT INR)PT国际标准化比值					
Dirui BCA Series DIRUI \ Calculate	INR	1	10%	<5	<100
(PT)血浆凝血酶原时间					
Werfen ACL series Werfen Hemosil PT Recombiplastin \ Light scattering	INR	1.04	9.6%	<5	<100
Stago STA series STA-Neoplastine CI Plus \ Magnetic Beads	INR	1.03	9.7%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens Thromborel S（PT） \ Light scattering	Seconds	13.3	10%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen Hemosil PT-Fib HS Plus \ Light scattering	INR	1.06	9.4%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen Hemosil PT Recombiplastin 2G \ Light scattering	Seconds	11.6	10%	<5	<100
Sysmex CN Series sysmex \ Light scattering	Seconds	14.1	0.9%	<5	<100
Stago STA series STA-Neoplastine CI Plus \ Magnetic Beads	Seconds	14.3	10%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen Hemosil PT Recombiplastin 2G \ Light scattering	INR	1.02	9.8%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen Hemosil PT-Fib HS Plus \ Light scattering	Seconds	15.9	10%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Light scattering	Seconds	12.2	10%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen Hemosil PT Recombiplastin \ Light scattering	Seconds	11.7	10%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens Thromborel S（PT） \ Light scattering	INR	1.06	10.4%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens PT Innovin \ Light scattering	INR	1.13	9.7%	<5	<100

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **凝血五项非定值质控品**

REF	670-1	6×1mL	EXP	2025-12-23	LOT	3FE86D2	更新日期：	2024-08

		批号：3FE86D2			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(TT)凝血酶时间					
Sysmex CN Series sysmex \ Light scattering	Seconds	12.4	2.9%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	14	10%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Light scattering	Seconds	17.6	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。