

REF	583-1	6×3mL	EXP	2026-11-29	LOT	379C678	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号：379C678			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(5' NT)5`核苷酸酶					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Enzymatic	U/L	18	10%	<5	<100
(ADA)腺苷脱氨酶					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Peroxidase	U/L	24	10%	<5	<100
(AFU)α-L-岩藻糖苷酶					
Beckman AU series Beckman Coulter \ CNPF	U/L	13	10%	<5	<100
(anti CCP)抗环瓜氨酸抗体					
Abbott ARCHITECT c series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	14	10%	<5	<100
(CO2 (HCO3-))二氧化碳碳（碳酸氢根）					
Beckman AU series Beckman Coulter \ PEPC	mmol/L	11	10%	<5	<100
(Cys C)半胱氨酸蛋白酶抑制剂C/ 胱抑素C					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	6.5	10.8%	<5	<100
(FRUC (GSP))果糖胺（糖化血清蛋白）					
Roche cobas e411 Roche \ NBT	mmol/L	0.204	10%	<5	<100
(Lp(a))脂蛋白a					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	102	10%	<5	<100
(β-Hb)Beta-羟丁酸					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Dehydrogenase	mmol/L	0.18	11.1%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。