报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **心肌标志物液体非定值质控品**

REF	530-2	6×3mL	EXP	2025-10-23	LOT	T290E02	更新日期：	2024-03

		批号：T290E02			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量					
J&J Vitros ECL Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.5	10%	<5	<100
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	16.1	12%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	30000	10%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Roche Cobas integra Roche \ Latex agglutination (LA)	mg/L	0.714	9.8%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	mg/L	500	10%	<5	<100
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	5.01	10%	<5	<100
(HS-CTnT)超敏肌钙蛋白T					
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.264	10%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	163	10%	<5	<100
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	150	12%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	μg/L	103000	10%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	291	12%	<5	<100
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	34.2	12%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	442	10%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	52	10%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pg/mL	976	10%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pmol/L	115	10%	<5	<100
(TnT)肌钙蛋白T					
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.27	12%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	180	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。