

REF	512-3 6x3mL	EXP 2027-10-09	LOT 30DBE9A	更新日期: 2025-03 1 / 2
------------	----------------	-----------------------	--------------------	------------------------

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(AFP)甲胎蛋白	(CEA)癌胚抗原	(hCG)人绒毛膜促性腺激素
(PSA)前列腺特异性抗原	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(β2M)β-2-微球蛋白	(Ferritin)铁蛋白
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(NSE)神经元特异性烯醇化酶	(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段
(CA 72-4)糖类抗原 72-4	(Tg)甲状腺球蛋白	

REF	512-3	6x3mL	EXP	2027-10-09	LOT	30DBE9A	更新日期:	2025-03
								2 / 2

批号: 30DBE9A			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	239	184-294
(CA 125)糖类抗原 125			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	126	97-155
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	64.9	50.1-79.7
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	280	216-344
(CA 72-4)糖类抗原 72-4			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	62.6	48.3-76.9
(CEA)癌胚抗原			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	46	35.5-56.5
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	67.6	52.2-83
(Ferritin)铁蛋白			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	543	419-667
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.53	4.27-6.79
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	211	163-259
(NSE)神经元特异性烯醇化酶			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	23.9	18.4-29.4
(PSA)前列腺特异性抗原			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	26	20-32
(Tg)甲状腺球蛋白			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	107	83-131
(β2M)β-2-微球蛋白			
Siemens BN II Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	41300	31884-50716

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。