

<b>REF</b>	540-1	6x3mL	<b>EXP</b>	2028-04-30	<b>LOT</b>	33829F5	更新日期: 2025-03
							1 / 6

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(CK)肌酸激酶	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)	(Myo / Mb)肌红蛋白
(TnI)肌钙蛋白I	(TnT)肌钙蛋白T	(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体
(DGXN)地高辛	(TT3)总三碘甲状腺原氨酸	(FT3)游离T3
(TT4)总T4	(FT4)游离T4	(TSH)促甲状腺素
(Cortisol)皮质醇	(FSH)促卵泡刺激素	(LH)促黄体生成素
(PROG)孕酮	(PRL)催乳素	(TES)睾酮
(E2)雌二醇	(C-P)C-肽	(FA)叶酸
(INS)胰岛素	(VB12)维生素B12	(IgE)免疫球蛋白 IgE
(AFP)甲胎蛋白	(CEA)癌胚抗原	(hCG)人绒毛膜促性腺激素
(PSA)前列腺特异性抗原	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(β2M)β-2-微球蛋白	(Ferritin)铁蛋白
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(HCY)同型半胱氨酸
(NSE)神经元特异性烯醇化酶	(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段	(CA 50)糖类抗原 50
(CA 72-4)糖类抗原 72-4	(ALD)醛固酮	(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体	(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮	(EPO)促红细胞生成素
(HGH)人生长激素	(IGF1)胰岛素生长因子1	(PTH)甲状旁腺素
(Tg)甲状腺球蛋白	(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(HE4)人附睾蛋白4
(rT3)反三碘甲状腺原氨酸		

<b>REF</b>	540-1	6x3mL	<b>EXP</b>	2028-04-30	<b>LOT</b>	33829F5	更新日期:	2025-03
								2 / 6

批号: 33829F5			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
<b>(25-OH-Vit D)25羟基维生素D</b>			
OTHER	ng/mL	21.7	12.6-30.8
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	21.7	12.6-30.8
OTHER	nmol/L	54.2	31.5-76.9
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	54.2	31.5-76.9
maglumi system	ng/mL	17.9	14.3-21.5
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	17.9	14.3-21.5
maglumi system	nmol/L	44.8	35.8-53.8
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	nmol/L	44.8	35.8-53.8
Roche cobas E601/602	ng/mL	23.2	18.6-27.8
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	23.2	18.6-27.8
Roche cobas E601/602	nmol/L	57.8	46.2-69.4
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	57.8	46.2-69.4
<b>(AFP)甲胎蛋白</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	ng/mL	6.17	5.65-6.69
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	6.17	5.65-6.69
maglumi system	ng/mL	6.72	4.85-8.59
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	6.72	4.85-8.59
OTHER	ng/mL	7.45	6.97-7.93
Abbott \ OTHER	ng/mL	7.45	6.97-7.93
WANTAI Biopharm Wan200	ng/mL	8.4	6.97-9.83
INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	8.4	6.97-9.83
OTHER	ng/mL	7.21	6.17-8.25
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	7.21	6.17-8.25
Roche cobas E601/602	ng/mL	6.94	5.57-8.31
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.94	5.57-8.31
<b>(ALD)醛固酮</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS	pg/mL	167	134-200
Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pg/mL	167	134-200
<b>(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	IU/mL	6.98	6.48-7.48
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	6.98	6.48-7.48
OTHER	IU/mL	1	1-1
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	1	1-1
OTHER	IU/mL	12.1	11.3-12.9
ABX \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	12.1	11.3-12.9
Roche cobas E601/602	IU/mL	12.9	10.3-15.5
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	12.9	10.3-15.5
<b>(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	IU/mL	9.05	7.73-10.37
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	9.05	7.73-10.37
OTHER	IU/mL	15.9	14.2-17.6
ABX \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	15.9	14.2-17.6
OTHER	IU/mL	5	5-5
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	5	5-5
Roche cobas E601/602	IU/mL	13.2	10.6-15.8
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	13.2	10.6-15.8
Roche cobas E601/602	IU/mL	18.8	15.6-22
Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	18.8	15.6-22
<b>(CA 125)糖类抗原 125</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	IU/mL	46.4	43.9-48.9
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	46.4	43.9-48.9
maglumi system	IU/mL	32.2	29.2-35.2
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	32.2	29.2-35.2
OTHER	IU/mL	40.4	37.2-43.6
Abbott \ OTHER	IU/mL	40.4	37.2-43.6
WANTAI Biopharm Wan200	IU/mL	40	35.9-44.1
INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	40	35.9-44.1
OTHER	IU/mL	33.8	30.4-37.2
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	33.8	30.4-37.2
Roche cobas E601/602	IU/mL	28.6	22.9-34.3
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	28.6	22.9-34.3
<b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	IU/mL	15.8	13.1-18.5
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	15.8	13.1-18.5
maglumi system	IU/mL	26.5	22.9-30.1
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	26.5	22.9-30.1
OTHER	IU/mL	27.9	23.7-32.1
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	27.9	23.7-32.1
Roche cobas E601/602	IU/mL	24.2	19.4-29
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	24.2	19.4-29
<b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	IU/mL	23.1	19.8-26.4
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	23.1	19.8-26.4
maglumi system	IU/mL	30.3	27.5-33.1
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	30.3	27.5-33.1
WANTAI Biopharm Wan200	IU/mL	35.2	31.9-38.5
INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	35.2	31.9-38.5
OTHER	IU/mL	20.7	18.9-22.5
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	20.7	18.9-22.5
Roche cobas E601/602	IU/mL	23.9	19.1-28.7
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	23.9	19.1-28.7
<b>(CA 50)糖类抗原 50</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series	IU/mL	14.7	13.9-15.5
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	14.7	13.9-15.5

<b>REF</b>	540-1	6x3mL	<b>EXP</b>	2028-04-30	<b>LOT</b>	33829F5	更新日期:	2025-03
								3 / 6

<b>(CA 72-4)糖类抗原 72-4</b>			
WANTAI Biopharm Wan200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	2.99	2.67-3.31
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	5.42	5.42-5.42
<b>(CEA)癌胚抗原</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	1.92	1.79-2.05
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	3.13	2.45-3.81
OTHER Abbott \ OTHER	ng/mL	2.94	2.69-3.19
WANTAI Biopharm Wan200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.023	0.021-0.025
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.99	2.36-3.62
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.61	2.09-3.13
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.91	1.69-2.13
<b>(CK)肌酸激酶</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease-UV-rate	U/L	121	97-145
<b>(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	U/L	6.68	5.34-8.02
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.3	3.44-5.16
<b>(Cortisol)皮质醇</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	124	99-149
<b>(C-P)C-肽</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.42	1.3-1.54
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.913	0.824-1.002
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.02	0.82-1.22
<b>(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段</b>			
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.66	1.66-1.66
<b>(DGXN)地高辛</b>			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1	0.8-1.2
<b>(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3504	2803-4205
<b>(E2)雌二醇</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	220	38-402
Autolumo A6000 Series Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	320	248-392
OTHER ABX \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	296	242-350
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	269	245-293
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	274	219-329
<b>(EPO)促红细胞生成素</b>			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/mL	5.5	4.4-6.6
<b>(FA)叶酸</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.66	2.93-4.39
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	2.91	2.69-3.13
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	199	172-226
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	177	41-313
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	111	89-133
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	172	168-176
<b>(F-PSA)游离前列腺特异性抗原</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.26	1.09-1.43
OTHER ABX \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.32	1.2-1.44
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.22	2.02-2.42

<b>REF</b>	540-1	6x3mL	<b>EXP</b>	2028-04-30	<b>LOT</b>	33829F5	更新日期:	2025-03
								4 / 6

Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.72	1.38-2.06
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.19	1.16-1.22
<b>(FSH)促卵泡刺激素</b>			
Autolumo A6000 Series Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	5.12	4.73-5.51
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	5.31	4.83-5.79
OTHER ABX \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	5.4	4.84-5.96
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	5.04	4.04-6.04
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	5.25	5.06-5.44
<b>(FT3)游离T3</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	5.48	3.62-7.34
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	6.27	3.02-9.52
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	6.42	5.77-7.07
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	5.72	4.58-6.86
Sysmex HISCL-5000 sysmex \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	8.75	7-10.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	5.47	4.86-6.08
<b>(FT4 )游离T4</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	19.9	16.4-23.4
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	60.2	0-203.6
OTHER Abbott \ OTHER	pmol/L	158	140-176
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	19.1	18.3-19.9
Sysmex HISCL-5000 sysmex \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	165	132-198
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	15.9	12.7-19.1
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	17	15.6-18.4
<b>(hCG)人绒毛膜促性腺激素</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	4.21	3.37-5.05
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	3.41	3.15-3.67
<b>(HCY)同型半胱氨酸</b>			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	13.1	10.5-15.7
<b>(HE4)人附睾蛋白4</b>			
WANTAI Biopharm Wan200 INNODX \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	57.8	53.4-62.2
<b>(HGH)人生长激素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	1.79	1.43-2.15
<b>(IgE)免疫球蛋白 IgE</b>			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	142	114-170
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	179	168-190
<b>(IGF1)胰岛素生长因子1</b>			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	219	175-263
<b>(INS)胰岛素</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/L	7.04	0-20.08
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	9.53	8.58-10.48
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	8.28	6.62-9.94
<b>(LH)促黄体生成素</b>			
Autolumo A6000 Series Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	4.91	4.19-5.63
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	4.86	4.29-5.43
OTHER ABX \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	2.72	2.5-2.94
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	5.53	4.44-6.62
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/L	4.86	4.71-5.01
<b>(Myo / Mb)肌红蛋白</b>			
OTHER Norman \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	μg/L	34	30.1-37.9

<b>REF</b>	540-1	6x3mL	<b>EXP</b>	2028-04-30	<b>LOT</b>	33829F5	更新日期:	2025-03
								5 / 6

Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	27.7	22.2-33.2
<b>(NSE)神经元特异性烯醇化酶</b>			
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.91	0.655-1.165
<b>(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体</b>			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	171	137-205
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	20.1	16.1-24.1
<b>(PRL)催乳素</b>			
Autolumo A6000 Series Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	10.4	9.4-11.4
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	7.34	6.66-8.02
OTHER ABX \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.93	8.36-9.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.28	6.62-9.94
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	10.4	10.1-10.7
<b>(PROG)孕酮</b>			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.868	0.394-1.342
Autolumo A6000 Series Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.4	1.11-1.69
OTHER ABX \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.07	0.94-1.2
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.1	0.88-1.32
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	1.07	0.91-1.23
<b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	3.86	3.58-4.14
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	3.69	3.21-4.17
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	5.14	4.68-5.6
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.72	3.78-5.66
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	4.43	4.29-4.57
<b>(PTH)甲状旁腺素</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	1.73	1.28-2.18
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pmol/L	1.36	0.11-2.61
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	2.52	2.14-2.9
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1.76	1.41-2.11
<b>(rT3)反三碘甲状腺原氨酸</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.546	0.458-0.634
<b>(TES)睾酮</b>			
Autolumo A6000 Series Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	8.04	6.5-9.58
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	5.5	4.98-6.02
OTHER ABX \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	7.89	7.35-8.43
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	7.24	5.79-8.69
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	7.32	6.98-7.66
<b>(Tg)甲状腺球蛋白</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.4	8.3-12.5
<b>(TnI)肌钙蛋白I</b>			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	0.07	0.05-0.09
<b>(TnT)肌钙蛋白T</b>			
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.033	0.027-0.039
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.02	0.02-0.02
<b>(TSH)促甲状腺素</b>			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/L	2.53	2.28-2.78
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/L	3.05	2.34-3.76
OTHER Abbott \ OTHER	mIU/L	2.48	2.36-2.6

<b>REF</b>	540-1	6x3mL	<b>EXP</b>	2028-04-30	<b>LOT</b>	33829F5	更新日期:	2025-03
								6 / 6

OTHER								
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L		2.79					2.57-3.01
Sysmex HISCL-5000								
sysmex \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/L		2.54					2.04-3.04
Roche cobas E601/602								
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L		3.7					2.96-4.44
Roche cobas E601/602								
Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	mIU/L		3.18					3.07-3.29
<b>(TT3)总三碘甲状腺原氨酸</b>								
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series								
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL		1.1					1.05-1.15
maglumi system								
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL		1.12					0.95-1.29
OTHER								
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL		1.24					1.09-1.39
Sysmex HISCL-5000								
sysmex \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL		1.22					0.97-1.47
Roche cobas E601/602								
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL		1.36					1.09-1.63
Roche cobas E601/602								
Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL		1.39					1.33-1.45
<b>(TT4)总T4</b>								
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series								
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL		74.9					68.8-81
maglumi system								
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL		66.9					56.7-77.1
OTHER								
OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL		66.8					45.4-88.2
OTHER								
Abbott \ OTHER	ng/mL		76.5					71.3-81.7
Roche cobas E601/602								
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL		69.2					55.4-83
Sysmex HISCL-5000								
sysmex \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL		64.5					51.6-77.4
Roche cobas E601/602								
Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL		63.2					60.4-66
<b>(VB12)维生素B12</b>								
Roche cobas E601/602								
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL		461					369-553
maglumi system								
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pg/mL		188					150-226
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series								
Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	pg/mL		442					425-459
<b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL		810					650-970
<b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基</b>								
OTHER								
ABX \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL		0.004					0.003-0.005
Roche cobas E601/602								
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL		0.003					0.002-0.004

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。