

报告类别: 汇总实验室数据报告



质控品名: 降钙素原非定值质控品

REF

522-2

6x2mL

EXP

2027-10-09

LOT

31CD9C9

更新日期: 2025-03

1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)

参数 (Parameters)

参数 (Parameters)

(PCT)降钙素原

REF	522-2	6x2mL	EXP	2027-10-09	LOT	31CD9C9	更新日期：	2025-03
								2 / 2

批号： 31CD9C9			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(PCT)降钙素原			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.3	10.5-16.1
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	13.1	10.5-15.7
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	20.4	16.2-24.6
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	13	10.4-15.6

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。