

报告类别： 汇总实验室数据报告



质控品名： Anti-HBs非定值质控品

REF	781-B	6×1mL	EXP	2026-08-19	LOT	4A80DA2	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号：4A80DA2			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(HBsAb)乙肝表面抗体					
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	30.7	10.1%	<5	<100
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	39.8	10.1%	<5	<100
Caris200 WanTai \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	39.2	10.2%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。