报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

| REF | 521-2 | 6×3mL | EXP | 2024-04-04 | LOT | 31B51F8 | 更新日期： | 2024-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | 批号：31B51F8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目\仪器\试剂\方法 | 单位 | 均值 \ CV | | Lab \ 点数 | |
| **(Alb)白蛋白** | | | | | |
| Siemens ADVIA Centaur CP<br>Dedicated \ Bromocresol purple | g/L | 33.1 | 1.7% | <5 | <100 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>Roche \ Bromocresol purple | g/L | 33.2 | 11.1% | <5 | <100 |
| **(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体** | | | | | |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 224 | 2% | 9 | 227 |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 236 | 11.3% | 9 | 201 |
| TOSHIBA TBA<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 271 | 2.3% | 9 | 173 |
| Siemens BN ProSpec<br>Siemens \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 217 | 2.4% | 5 | 145 |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 276 | 3.4% | 5 | 144 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 148 | 8.9% | 46 | 987 |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 131 | 5.3% | 41 | 1225 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 234 | 7.2% | 28 | 1108 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 136 | 7.9% | 21 | 550 |
| Mindray BS series<br>Mindray \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 261 | 11.5% | 21 | 373 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 146 | 20.7% | 20 | 436 |
| Beckman AU series<br>HuaChenBio \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 216 | 1.5% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA Centaur CP<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 253 | 1.6% | <5 | <100 |
| Mindray BS series<br>Whitman \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 165 | 0.9% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 252 | 1.9% | <5 | 133 |
| TOSHIBA TBA<br>MedicalSystem \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 237 | 8.4% | 18 | 250 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | IU/mL | 241 | 6.4% | 16 | 419 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ OTHER | IU/mL | 126 | 12.4% | 14 | 307 |
| Abbott ARCHITECT c series<br>BSBE \ OTHER | IU/mL | 208 | 11.7% | 11 | 213 |
| **(C3)补体 C3** | | | | | |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 150 | 3.8% | 9 | 221 |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | mg/dL | 144 | 3.8% | 9 | 208 |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 151 | 3.3% | 5 | 142 |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 131 | 4.2% | 43 | 1257 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 131 | 5.3% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 135 | 4% | 34 | 676 |
| Abbott ARCHITECT c series<br>BSBE \ OTHER | mg/dL | 141 | 1.3% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 138 | 3.8% | 28 | 1121 |
| Biostec A15/A25<br>Biostec \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 137 | 2.6% | 25 | 681 |
| Mindray BS series<br>Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 156 | 6.2% | 25 | 383 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 130 | 5.3% | 20 | 462 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 135 | 2.3% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA Centaur CP<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 140 | 2.4% | <5 | <100 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>YongHe SUN \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 130 | 3.1% | <5 | <100 |
| TOSHIBA TBA<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 129 | 10.1% | 18 | 243 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 139 | 4.2% | 17 | 495 |
| Siemens BN ProSpec<br>Siemens \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 132 | 5.1% | 16 | 471 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | mg/dL | 158 | 8.9% | 16 | 438 |
| TOSHIBA TBA<br>LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 156 | 6.9% | 16 | 342 |
| **(C4)补体 C4** | | | | | |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | mg/dL | 39.2 | 8.4% | 9 | 214 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 38.5 | 2.1% | 9 | 210 |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 31.2 | 4.1% | 5 | 143 |

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

| REF | 521-2 | 6×3mL | EXP | 2024-04-04 | LOT | 31B51F8 | 更新日期： | 2024-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | 批号：31B51F8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目\仪器\试剂\方法 | 单位 | 均值 \ CV | | Lab \ 点数 | |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 37.2 | 6% | 43 | 1255 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 37.5 | 6.2% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 35.9 | 4.9% | 34 | 678 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 32.3 | 3.3% | 28 | 1125 |
| Biostec A15/A25<br>Biostec \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 42.1 | 5.1% | 25 | 682 |
| Mindray BS series<br>Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 38.5 | 3.2% | 25 | 403 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 35.9 | 5.9% | 20 | 456 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 36.2 | 7.3% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA Centaur CP<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 40.3 | 1.9% | <5 | <100 |
| Abbott ARCHITECT c series<br>BSBE \ OTHER | mg/dL | 30.8 | 1.9% | <5 | <100 |
| TOSHIBA TBA<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 34.2 | 9.7% | 18 | 255 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 37.6 | 3.9% | 17 | 496 |
| Siemens BN ProSpec<br>Siemens \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 40.9 | 7.7% | 16 | 470 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | mg/dL | 35.4 | 7.7% | 16 | 435 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ OTHER | mg/dL | 37.7 | 5.7% | 14 | 303 |
| TOSHIBA TBA<br>LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 34.1 | 11% | 14 | 299 |
| (Cer)铜蓝蛋白 | | | | | |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | g/L | 0.337 | 11% | 9 | 219 |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | g/L | 0.302 | 8% | 21 | 612 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | g/L | 0.477 | 8.5% | 16 | 427 |
| Siemens BN II<br>Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | g/L | 0.321 | 10% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | g/L | 0.295 | 6.5% | <5 | <100 |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Immunonephelometry (INA) | g/L | 0.367 | 0% | <5 | <100 |
| (CRP)C反应蛋白 | | | | | |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 2.24 | 3.9% | 43 | 1254 |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Roche \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 2.81 | 4.3% | <5 | <100 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 2.76 | 7.2% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 2.45 | 4.8% | 34 | 676 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 2.61 | 3.6% | <5 | 109 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 2.39 | 6.6% | 19 | 525 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | mg/dL | 2.43 | 8.7% | 16 | 423 |
| TOSHIBA TBA<br>BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 3.07 | 9.2% | 16 | 333 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 2.31 | 5.4% | 12 | 271 |
| NIHON KOHDEN MEK Series<br>MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1.87 | 2.8% | <5 | <100 |
| Beckman AU series<br>KHB \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 2.08 | 9.6% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | mg/dL | 2.09 | 10.5% | <5 | <100 |
| Beckman AU series<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 2.63 | 12.2% | <5 | <100 |
| (Ferritin)铁蛋白 | | | | | |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | ng/mL | 142 | 3.1% | <5 | <100 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA) | ng/mL | 117 | 2.7% | 17 | 338 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | ng/mL | 131 | 8.8% | 16 | 430 |
| (Free Kappa Light Chain)游离轻链κ | | | | | |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/L | 10900 | 9.8% | 14 | 268 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/L | 9798 | 9.6% | 12 | 238 |
| (Free Lambda Light Chain)游离轻链λ | | | | | |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/L | 5497 | 10.5% | 26 | 499 |

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

| REF | 521-2 | 6×3mL | EXP | 2024-04-04 | LOT | 31B51F8 | 更新日期： | 2024-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | 批号：31B51F8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目\仪器\试剂\方法 | 单位 | 均值 \ CV | | Lab \ 点数 | |
| **(Hap（HPT）)触珠蛋白（结合珠蛋白）** | | | | | |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | mg/L | 1432 | 10.3% | 16 | 437 |
| Siemens BN II<br>Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA) | mg/L | 1369 | 9.9% | <5 | <100 |
| **(HbA1c)糖化血红蛋白A1c** | | | | | |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Dedicated \ immunoturbidimetric | % | 5.77 | 1.3% | 5 | 146 |
| **(hs-CRP)超敏C反应蛋白** | | | | | |
| Abbott ARCHITECT c series<br>BSBE \ OTHER | mg/L | 29 | 8.4% | 22 | 455 |
| Siemens ADVIA Centaur CP<br>OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/L | 27.3 | 13.5% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/L | 25.7 | 9.6% | 12 | 274 |
| Siemens ADVIA Centaur CP<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/L | 25 | 2.2% | <5 | <100 |
| Mindray BC-5000 Series<br>Mindray \ Immunonephelometry (INA) | mg/L | 27.5 | 4.1% | <5 | <100 |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Immunonephelometry (INA) | mg/L | 32.1 | 0% | <5 | <100 |
| **(IgA )免疫球蛋白 IgA** | | | | | |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 265 | 2.4% | 9 | 223 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 228 | 16.4% | 5 | <100 |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 239 | 2.4% | 5 | 141 |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 203 | 4.7% | 43 | 1255 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 226 | 4.6% | 34 | 675 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 240 | 5.9% | 28 | 1126 |
| Biostec A15/A25<br>Biostec \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 214 | 5.1% | 25 | 683 |
| Mindray BS series<br>Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 273 | 5.8% | 24 | 407 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 217 | 5.2% | 20 | 458 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 231 | 1.2% | <5 | <100 |
| Mindray BS series<br>MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 118 | 24.6% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA Centaur CP<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 260 | 1.5% | <5 | <100 |
| Abbott ARCHITECT c series<br>BSBE \ OTHER | mg/dL | 231 | 1.8% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 229 | 4.9% | 17 | 493 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | mg/dL | 277 | 8.5% | 16 | 431 |
| TOSHIBA TBA<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 192 | 7.5% | 16 | 254 |
| Siemens BN ProSpec<br>Siemens \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 248 | 8.9% | 14 | 398 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ OTHER | mg/dL | 209 | 5.9% | 14 | 309 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 202 | 8.5% | 10 | 303 |
| **(IgE)免疫球蛋白 IgE** | | | | | |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 41.9 | 10.8% | 5 | 148 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | IU/mL | 52.1 | 8.1% | 16 | 437 |
| Beckman AU series<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 39.7 | 9.3% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | IU/mL | 38.2 | 9.9% | <5 | <100 |
| **(IgG)免疫球蛋白 IgG** | | | | | |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1408 | 5.6% | 9 | 226 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1459 | 16.2% | 7 | 217 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>DongOu \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 905 | 2.2% | 7 | 132 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 1303 | 4.2% | 50 | 1024 |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1344 | 2.1% | 5 | 141 |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 1213 | 5.6% | 43 | 1249 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 1234 | 5% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1276 | 3.3% | 28 | 1123 |
| Biostec A15/A25<br>Biostec \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 1251 | 6.6% | 25 | 683 |

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

| REF | 521-2 | 6×3mL | EXP | 2024-04-04 | LOT | 31B51F8 | 更新日期： | 2024-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | 批号：31B51F8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目\仪器\试剂\方法 | 单位 | 均值 \ CV | | Lab \ 点数 | |
| Mindray BS series<br>Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1409 | 8.5% | 23 | 300 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1203 | 6.7% | 20 | 460 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1235 | 1.3% | <5 | <100 |
| Mindray BS series<br>MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 745 | 5.5% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA Centaur CP<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1325 | 3.6% | <5 | <100 |
| Abbott ARCHITECT c series<br>BSBE \ OTHER | mg/dL | 1399 | 3.1% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1311 | 4.5% | 17 | 496 |
| Siemens BN ProSpec<br>Siemens \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 1320 | 4.1% | 16 | 453 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | mg/dL | 1409 | 8.2% | 16 | 437 |
| TOSHIBA TBA<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 1208 | 14.2% | 15 | 163 |
| (IgM)免疫球蛋白 IgM | | | | | |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 176 | 4.2% | 9 | 225 |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 162 | 9.4% | 9 | 213 |
| Siemens BN ProSpec<br>Siemens \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 203 | 3.1% | 8 | 223 |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 164 | 2.8% | 5 | 141 |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 165 | 3.4% | 43 | 1252 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 165 | 3% | 34 | 679 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 168 | 6.6% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 160 | 2.3% | 28 | 1117 |
| Biostec A15/A25<br>Biostec \ Immunonephelometry (INA) | mg/dL | 128 | 6.9% | 25 | 683 |
| Mindray BS series<br>Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 156 | 6.9% | 23 | 383 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 162 | 6.6% | 20 | 460 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 170 | 1.6% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA Centaur CP<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 172 | 1.7% | <5 | <100 |
| Mindray BS series<br>MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 78.2 | 0.7% | <5 | <100 |
| Abbott ARCHITECT c series<br>BSBE \ OTHER | mg/dL | 196 | 1.3% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 170 | 2.7% | 17 | 497 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | mg/dL | 184 | 8% | 16 | 438 |
| TOSHIBA TBA<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 143 | 5.4% | 15 | 217 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ OTHER | mg/dL | 165 | 4.7% | 14 | 306 |
| (Kappa Light Chain)κ轻链抗体 | | | | | |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | g/L | 9.39 | 5.7% | 43 | 1255 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | g/L | 9.56 | 7.2% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | g/L | 9.34 | 10.3% | <5 | <100 |
| Siemens BN II<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | g/L | 9.34 | 10.5% | <5 | <100 |
| (Lambda Light Chain)λ 轻链抗体 | | | | | |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | g/L | 4.61 | 5.4% | 43 | 1255 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | g/L | 4.57 | 4.6% | <5 | <100 |
| Siemens BN II<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | g/L | 4.32 | 11.1% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | g/L | 4.78 | 10.7% | <5 | <100 |
| (MA)微量白蛋白 | | | | | |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Roche \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/L | 34.9 | 8% | 5 | 142 |
| (PAB)前白蛋白 | | | | | |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>CONDOR-TECO \ Immunoturbidimetry (ITA) | g/L | 0.333 | 9.6% | 6 | 174 |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Immunonephelometry (INA) | g/L | 0.317 | 2.8% | 5 | <100 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>CONDOR-TECO \ Immunoturbidimetry (ITA) | % | 36.6 | 6.6% | 5 | 134 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA) | g/L | 0.327 | 1.8% | 34 | 629 |

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

| REF | 521-2 | 6×3mL | EXP | 2024-04-04 | LOT | 31B51F8 | 更新日期： | 2024-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | 批号：31B51F8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目\仪器\试剂\方法 | 单位 | 均值 \ CV | | Lab \ 点数 | |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | g/L | 0.315 | 5% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>Szybio \ Immunoturbidimetry (ITA) | g/L | 0.315 | 2.9% | <5 | 115 |
| Beckman AU series<br>HuaChenBio \ Immunonephelometry (INA) | g/L | 0.323 | 3.7% | 14 | <100 |
| Beckman AU series<br>KINGSBIO \ Immunoturbidimetry (ITA) | g/L | 0.318 | 2.2% | 13 | 369 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA) | g/L | 0.327 | 4.5% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | g/L | 0.377 | 9% | <5 | <100 |
| Beckman AU series<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | g/L | 0.265 | 10.6% | <5 | <100 |
| NIHON KOHDEN MEK Series<br>MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA) | g/L | 0.294 | 2.6% | <5 | <100 |
| (RBP)视黄醇结合蛋白 | | | | | |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>BIOSINO \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 4.9 | 11.8% | 30 | 1235 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 4.4 | 4.2% | <5 | <100 |
| Siemens BN II<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | mg/dL | 4.43 | 10.4% | <5 | <100 |
| Beckman AU series<br>chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 4.73 | 2.3% | <5 | <100 |
| (RF)类风湿因子 | | | | | |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 85 | 1.9% | 9 | 226 |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 62.6 | 7.3% | 9 | 185 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 59.6 | 7.9% | 50 | 1032 |
| Beckman AU series<br>HuaChenBio \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 67.3 | 1.5% | 5 | <100 |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 65.7 | 1.8% | 5 | 141 |
| Beckman Immage 800<br>OTHER \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 57.8 | 7.3% | 41 | 1224 |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Roche \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 81.1 | 2.5% | <5 | <100 |
| Abbott ARCHITECT c series<br>BSBE \ OTHER | IU/mL | 97.1 | 5.2% | <5 | <100 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>Wako \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 58.8 | 9.1% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 60.3 | 4.5% | 28 | 1117 |
| Mindray BS series<br>Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 55.6 | 15.3% | 25 | 310 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 60 | 4% | 21 | 549 |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Roche \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 32.5 | 24.8% | <5 | <100 |
| Mindray BS series<br>Whitman \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 38.2 | 1.1% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA Centaur CP<br>Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 74.5 | 1.8% | <5 | <100 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA) | IU/mL | 71.1 | 1.5% | <5 | 134 |
| Siemens BN ProSpec<br>Siemens \ Immunonephelometry (INA) | IU/mL | 41.9 | 4.1% | 16 | 459 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | IU/mL | 56 | 8.7% | 16 | 423 |
| Beckman Immage 800<br>Beckman Coulter \ OTHER | IU/mL | 58.5 | 7.4% | 14 | 296 |
| (TRF)转铁蛋白 | | | | | |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 171 | 9.4% | 5 | 142 |
| Abbott ARCHITECT c series<br>BSBE \ OTHER | mg/dL | 289 | 1% | <5 | <100 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 267 | 2.8% | 17 | 338 |
| Siemens BN II<br>Siemens \ OTHER | mg/dL | 263 | 10.6% | 16 | 439 |
| Siemens ADVIA 1800/2400<br>DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 246 | 5.4% | 14 | 554 |
| Mindray BC-2000 series<br>Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 254 | 1% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | mg/dL | 235 | 9.8% | <5 | <100 |
| (α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白 | | | | | |
| Beckman AU series<br>Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA) | g/L | 0.865 | 9.9% | <5 | <100 |
| (α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶 | | | | | |
| Beckman AU series<br>Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA) | mg/dL | 123 | 11.4% | <5 | <100 |
| (α-1-G)α-1-球蛋白 | | | | | |
| TOSHIBA TBA<br>LEADMAN \ Capillary Method | % | 22.2 | 2.2% | <5 | 103 |

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **特定蛋白液体非定值质控品**

| REF | 521-2 | 6×3mL | EXP | 2024-04-04 | LOT | 31B51F8 | 更新日期： | 2024-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | 批号：31B51F8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目\仪器\试剂\方法 | 单位 | 均值 \ CV | | Lab \ 点数 | |
| (α1M)α1微球蛋白 | | | | | |
| Roche cobas c 501/502/701/702<br>Roche \ immunoturbidimetric | mg/L | 22.3 | 15.4% | <5 | <100 |
| (β-2-G)β-2-球蛋白 | | | | | |
| TOSHIBA TBA<br>LEADMAN \ Capillary Method | % | 3.94 | 4.3% | 6 | 110 |
| (β2M)β-2-微球蛋白 | | | | | |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA) | ng/mL | 3390 | 3.3% | 9 | 239 |
| Roche Hitachi/Hitachi Systems<br>BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA) | ng/mL | 3390 | 2.7% | 34 | 629 |
| Abbott ARCHITECT c series<br>BSBE \ OTHER | ng/mL | 3654 | 5% | 22 | 454 |
| Mindray BS series<br>Mindray \ OTHER | ng/mL | 3904 | 5.5% | 20 | 332 |
| TOSHIBA TBA<br>MedicalSystem \ OTHER | ng/mL | 3471 | 9.1% | 18 | 255 |
| Beckman AU series<br>chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA) | ng/mL | 3556 | 3% | 14 | 391 |
| TOSHIBA TBA<br>OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA) | ng/mL | 3966 | 4.5% | 12 | 234 |
| NIHON KOHDEN MEK Series<br>MAKER \ Immunoturbidimetry (ITA) | ng/mL | 3809 | 1.9% | <5 | <100 |
| Beckman AU series<br>HuaChenBio \ Immunonephelometry (INA) | ng/mL | 4025 | 1.1% | <5 | <100 |
| Beckman Immage 800<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | ng/mL | 4300 | 14% | <5 | <100 |
| Siemens BN II<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | ng/mL | 3600 | 11.1% | <5 | <100 |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Immunonephelometry (INA) | ng/mL | 3655 | 0% | <5 | <100 |

**注：**此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。