

REF	591-2	6×3mL	EXP	2025-06-02	LOT	386221D	更新日期：	2024-04
1 / 1								

		批号：386221D			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APO E)载脂蛋白E					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ immunoturbidimetric	mg/dL	4.32	10%	<5	<100
(Apo-A I)载脂蛋白A I					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ immunoturbidimetric	g/L	2.05	10%	<5	<100
TOSHIBA TBA Autobio \ immunoturbidimetric	g/L	1.46	2%	<5	<100
(Apo-B)载脂蛋白B					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ immunoturbidimetric	g/L	1.53	10%	<5	<100
TOSHIBA TBA Autobio \ immunoturbidimetric	g/L	1.18	6.1%	<5	<100
(CHOL/ TC)总胆固醇					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Cholesterol oxidase	mmol/L	8.71	10%	<5	<100
(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	mmol/L	1.81	10%	<5	<100
(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇					
TOSHIBA TBA Autobio \ selected suppression	mmol/L	3.87	3.5%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	mmol/L	4.89	10%	<5	<100
(Lp(a))脂蛋白a					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	194	10%	<5	<100
TOSHIBA TBA Autobio \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	241	1.3%	<5	<100
(TG)甘油三酯					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ GPO-POD	mmol/L	4.41	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。