

REF	588-2	6×3.5mL	EXP	2024-02-06	LOT	3818DDC	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号：3818DDC			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Cl)氯					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ ISE (direct)	mmol/L	127	2.3%	24	566
Beckman AU series Beckman Coulter \ ISE (indirect)	mmol/L	163	7%	14	762
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	146	12%	<5	<100
(GLU)葡萄糖					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ Glucose oxidase (GOD)	mmol/L	4.93	1.9%	24	567
Beckman AU series Reebio \ OTHER	mmol/L	5.4	1.9%	14	762
Beckman AU series Dedicated \ Hexokinase	mmol/L	4.3	2%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Hexokinase	mmol/L	5.07	12%	<5	<100
(LA)乳酸					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	mmol/L	3.98	12%	<5	<100
(PRO/ TP)(总) 蛋白					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	g/L	0.731	9.3%	7	166
Siemens ADVIA Chemistry XPT Dedicated \ Biuret-rate	g/L	0.989	2.1%	<5	106
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Biuret-endpoint	g/L	0.6	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。