

REF	512-2 6x3mL	EXP 2024-04-04	LOT 30D9658	更新日期: 2025-03 1 / 3
------------	----------------	-----------------------	--------------------	------------------------

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(AFP)甲胎蛋白	(CEA)癌胚抗原	(PSA)前列腺特异性抗原
(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3	(CA 19-9)糖类抗原 19-9
(β2M)β-2-微球蛋白	(Ferritin)铁蛋白	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原	(NSE)神经元特异性烯醇化酶	(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段
(CA 72-4)糖类抗原 72-4	(Tg)甲状腺球蛋白	(CA242)糖类抗原 242
(β-hCG)游离β-绒毛膜促性腺激素		

REF	512-2	6x3mL	EXP	2024-04-04	LOT	30D9658	更新日期:	2025-03
								2 / 3

批号: 30D9658			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
OTHER			
Dedicated \ OTHER	ng/mL	177	156-198
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	146	132-160
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	132	98-166
Beckman UniCel Dxl 600/800			
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	138	110-166
(CA 125)糖类抗原 125			
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	87.4	78.1-96.7
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	86.3	81.6-91
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	82.3	69.8-94.8
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	85.8	77.6-94
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
OTHER			
Dedicated \ OTHER	IU/mL	55.2	44-66.4
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	75.6	65.2-86
Roche cobas 4000/6000/8000			
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	86.1	78.4-93.8
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	88.8	51.5-126.1
maglumi system			
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	89.2	85.8-92.6
(CA 72-4)糖类抗原 72-4			
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	33.2	30.1-36.3
Roche cobas e411			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	30	23.5-36.5
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	34.9	27.9-41.9
(CA242)糖类抗原 242			
OTHER			
Dedicated \ OTHER	U/mL	39.4	34.4-44.4
(CEA)癌胚抗原			
OTHER			
Dedicated \ OTHER	ng/mL	25.9	22.9-28.9
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	17.6	16.5-18.7
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	16.6	13.7-19.5
Beckman UniCel Dxl 600/800			
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	21.9	17.5-26.3
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段			
OTHER			
Dedicated \ OTHER	ng/mL	34.9	30.3-39.5
Roche cobas e411			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	33.2	31.1-35.3
maglumi system			
Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	34.2	29.9-38.5
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	38.7	35.4-42
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	33.3	26.6-40
(Ferritin)铁蛋白			
Roche cobas c 501/502/701/702			
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	405	324-486
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
OTHER			
Dedicated \ OTHER	ng/mL	2.5	2.16-2.84
Roche cobas 4000/6000/8000			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.05	1.94-2.16
Beckman UniCel Dxl 600/800			
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.95	2.36-3.54
Roche cobas E601/602			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.22	1.78-2.66
(Fβ-hCG)游离β-绒毛膜促性腺激素			
OTHER			
Dedicated \ OTHER	ng/mL	4.89	4.36-5.42
(NSE)神经元特异性烯醇化酶			
Roche cobas e411			
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.9	11-12.8

REF	512-2	6x3mL	EXP	2024-04-04	LOT	30D9658	更新日期:	2025-03
								3 / 3

Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.9	9.5-12.3
(PSA)前列腺特异性抗原			
OTHER Dedicated \ OTHER	ng/mL	13.1	11.1-15.1
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.8	8.4-13.2
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.2	10.5-11.9
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.3	11.4-17.2
(Tg)甲状腺球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	52.7	49.9-55.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	52.7	42.2-63.2
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	18020	14416-21624
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.099	0.079-0.119
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.105	0.084-0.126

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。