

质控品名： 特殊生化与蛋白非定值质控品

REF	583-1	6×3mL	EXP	2023-06-02	LOT	379C546	更新日期：	2024-05
1 / 2								

批号：379C546					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(5'NT)5`核苷酸酶					
Beckman AU series OTHER \ Enzymatic	U/L	17.6	9.7%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 JP SY \ Enzymatic	U/L	15.7	15%	<5	<100
(ADA)腺苷脱氨酶					
Beckman AU series SHLY \ Peroxidase	U/L	19.9	2.7%	8	<100
Beckman AU series Whitman \ Peroxidase	U/L	20.5	2.2%	8	113
Roche Hitachi/Hitachi Systems OTHER \ Peroxidase	U/L	17.6	2.9%	6	129
Roche Hitachi/Hitachi Systems MAKER \ OTHER	U/L	24.3	4.6%	5	131
Beckman AU series chongqiong zybio \ Peroxidase	U/L	26.5	2.1%	<5	<100
Beckman AU series DongOu \ Peroxidase	U/L	20.5	4.9%	36	601
Mindray BS series Mindray \ Trinder reaction	U/L	17	3.4%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems DiaSys \ Peroxidase	U/L	18.2	2.6%	<5	<100
Beckman AU series KINGSBIO \ OTHER	U/L	17.9	4.1%	19	469
Beckman AU series Reebio \ Peroxidase	U/L	18.6	2.7%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 MAKER \ Peroxidase	U/L	19.8	15%	<5	<100
Beckman AU series OTHER \ Peroxidase	U/L	18.6	9.7%	<5	<100
Beckman AU series LEADMAN \ Peroxidase	U/L	16.9	10.1%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Peroxidase	U/L	19.7	15%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems MedicalSystem \ Trinder reaction	U/L	20.6	15%	<5	<100
(AFU)α-L-岩藻糖苷酶					
Beckman AU series SHLY \ CNPF	U/L	14.3	2.5%	9	169
Beckman AU series chongqiong zybio \ CNPF	U/L	10	1.2%	6	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems OTHER \ CNPF	U/L	9.38	10%	6	128
Beckman AU series DongOu \ CNPF	U/L	10.8	3.6%	24	480
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	U/L	10.2	2.3%	22	538
Roche Hitachi/Hitachi Systems MedicalSystem \ CNPF	U/L	11.6	4.8%	<5	<100
Beckman AU series Reebio \ OTHER	U/L	9	0%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 XJKC \ CNPF	U/L	10.1	15%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems XJKC \ CNPF	U/L	13.2	15%	<5	<100
Beckman AU series OTHER \ CNPF	U/L	14.9	9.4%	<5	<100
Beckman AU series MAKER \ CNPF	U/L	13.5	9.6%	<5	<100
(anti CCP)抗环瓜氨酸抗体					
Beckman AU series OTHER \ immunoturbidimetric	U/mL	7.05	19.1%	<5	<100
Beckman AU series JP SY \ immunoturbidimetric	U/mL	10.1	15%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ immunoturbidimetric	U/mL	9.16	10.5%	<5	<100
(CO2 (HCO3-))二氧化碳 (碳酸氢根)					
Beckman AU series DiaSys \ PEPC	mmol/L	7.43	9.1%	9	129
Beckman AU series Ausbio \ PEPC	mmol/L	8.08	7.4%	6	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems MAKER \ Colorimetry	mmol/L	8.72	23.8%	6	131
Beckman AU series DiaSys \ OTHER	mmol/L	7.42	10.8%	27	492
Mindray BS series Mindray \ Colorimetry	mmol/L	7.8	9.4%	<5	<100
Beckman AU series Ausbio \ OTHER	mmol/L	7.83	10.1%	19	471
Siemens ADVIA Chemistry XPT DiaSys \ Electrode	mmol/L	9.66	15%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ PEPC	mmol/L	9.89	11.1%	<5	<100
Beckman AU series OTHER \ PEPC	mmol/L	11.2	11.6%	<5	<100
(Cys C)半胱氨酸蛋白酶抑制剂C/ 胱抑素C					
Beckman AU series OTHER \ OTHER	mg/L	0.354	7.5%	8	113

质控品名： 特殊生化与蛋白非定值质控品

REF	583-1	6×3mL	EXP	2023-06-02	LOT	379C546	更新日期：	2024-05
2 / 2								

批号：379C546					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	0.418	6.7%	37	655
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	mg/L	0.58	8.3%	18	425
Roche Hitachi/Hitachi Systems DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	0.22	9.6%	14	200
Roche cobas c 501/502/701/702 Merit Choice \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	0.48	12.5%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ OTHER	mg/L	0.453	14.4%	<5	<100
(FRUC (GSP))果糖胺 (糖化血清蛋白)					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ NBT	mmol/L	0.179	10.6%	<5	<100
Beckman AU series BSBE \ NBT	mmol/L	0.156	15%	<5	<100
(Lp(a))脂蛋白a					
Beckman AU series KINGSBIO \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	143	8.4%	24	528
Beckman AU series DongOu \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	160	9.1%	24	467
Beckman AU series Beckman Coulter \ OTHER	mg/L	148	8%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 SekiSui \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	99.6	11%	<5	<100
Siemens ADVIA Chemistry XPT KHB \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	143	15%	<5	<100
Beckman AU series OTHER \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	118	10.2%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	168	10.1%	<5	<100
(β-Hb)Beta-羟丁酸					
Beckman AU series OTHER \ Dehydrogenase	mmol/L	0.176	3.1%	34	596
Beckman AU series Reebio \ OTHER	mmol/L	0.173	2.7%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Dehydrogenase	mmol/L	0.22	13.6%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Siemens \ Dehydrogenase	mmol/L	0.299	15%	<5	<100
Siemens ADVIA 1800/2400 DiaSys \ Dehydrogenase	mmol/L	0.279	15%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。