

REF	500-1	6x3mL	EXP	2026-09-04	LOT	2FB2095	更新日期:	2024-07
								1 / 2

		批号: 2FB2095			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D					
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.8	10%	<5	<100
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	47	10%	<5	<100
(C-P)C-肽					
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.12	9.8%	<5	<100
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.77	10.4%	<5	<100
(E2)雌二醇					
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	363	9.9%	<5	<100
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	231	10%	<5	<100
(FA)叶酸					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.27	10%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.73	9.1%	<5	<100
(FSH)促卵泡刺激素					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	7.05	9.9%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.68	10%	<5	<100
(FT3)游离T3					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	5.11	10%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	94.7	9.8%	<5	<100
(FT4)游离T4					
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	239	10.2%	<5	<100
(hCG)人绒毛膜促性腺激素					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	4.88	10%	<5	<100
(INS)胰岛素					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	8.39	10%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	69.8	10%	<5	<100
(LH)促黄体生成素					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	3.36	10.1%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.92	10.2%	<5	<100
(PRL)催/泌乳素					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.5	9.9%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	421	10%	<5	<100
(PROG)孕酮					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.19	9.5%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.032	9.6%	<5	<100
(PTH)甲状旁腺素					
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1.34	10.2%	<5	<100
(TES)睾酮					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.45	9.9%	<5	<100
Genrui-PA Series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.255	9.8%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.7	10.3%	<5	<100

REF	500-1	6x3mL	EXP	2026-09-04	LOT	2FB2095	更新日期:	2024-07
								2 / 2

批号: 2FB2095					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(TSH)促甲状腺素					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	1.68	10.1%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	2.25	10.2%	<5	<100
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸					
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.002	9.8%	<5	<100
(TT4)总T4					
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	82.9	10%	<5	<100
(VB12)维生素B12					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	467	10%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	285	10%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	2.99	10%	<5	<100
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.005	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。