

REF	541-1	6×3mL	EXP	2025-02-19	LOT	339AFCA	更新日期：	2024-04
1 / 1								

批号：339AFCA					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(ACTH)促肾上腺皮质激素					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) maglumi system	pg/mL	40.3	10.1%	5	<100
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	42.8	12%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	38.2	0.1%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	30.2	12.3%	<5	<100
(ALD)醛固酮					
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	51.6	12%	<5	<100
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	41.4	12%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	162	1.5%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	160	12%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	88.1	6.4%	<5	<100
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	94.1	1.6%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	97.2	12%	<5	<100
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	198	12%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	64.1	4.1%	<5	<100
(CT)降钙素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/L	12.6	12%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/L	13.1	0.8%	<5	<100
(PCT)降钙素原					
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.374	4%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.382	12%	<5	<100
(Renin)肾素					
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	51	12%	<5	<100
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	41.8	12%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	19.8	12%	<5	<100
(TRAb)促甲状腺素受体抗体					
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1062	7.1%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	0.8	12.5%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	800	10%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	0.945	10.1%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。