

REF	541-1	6×3mL	EXP	2024-05-16	LOT	339AF69	更新日期：	2024-05
1 / 1								

批号：339AF69					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(ACTH)促肾上腺皮质激素					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	52.4	8.8%	13	122
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	42.6	5.9%	<5	<100
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	47.5	12%	<5	<100
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	35.5	10%	<5	<100
(ALD)醛固酮					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	119	9.1%	13	124
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	81	10%	<5	<100
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	37.6	12%	<5	<100
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体					
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	23	10%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	75.2	12%	<5	<100
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体					
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	104	10%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	128	12%	<5	<100
(CT)降钙素					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/L	13.4	12%	<5	<100
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	11.8	10%	<5	<100
(PCT)降钙素原					
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.338	8.8%	13	307
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.229	8.7%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.843	12%	<5	<100
(Renin)肾素					
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μIU/mL	42.1	0.1%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	8.8	10%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8	12%	<5	<100
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.16	10%	<5	<100
(TRAb)促甲状腺素受体抗体					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	707	84.3%	<5	<100
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	989	10.5%	13	122
Roche Modular E170 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1.21	9.9%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1.13	15.7%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。