

REF	673-1	6×1mL	EXP	2024-12-06	LOT	4031A4D	更新日期：	2024-05
1 / 2								

批号：4031A4D					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APTT)活化部分凝血活酶时间					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	35.9	10%	<5	<100
Stago STA series Dedicated \ Magnetic Beads	Seconds	37.2	9.9%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	36.4	10.4%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	%	97.3	9.5%	<5	<100
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	95.8	9.6%	<5	<100
Werfen ACL series Dedicated \ Nephelometry	%	96.3	9.6%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Werfen ACL series Dedicated \ Nephelometry	mg/L	0.453	9.3%	<5	<100
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	mg/L	1.04	7.7%	<5	<100
Stago STA series Dedicated \ Latex agglutination (LA)	mg/L	0.548	10.6%	<5	<100
(F II)二因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	1.02	8.8%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Dedicated \ Light scattering	%	93.2	10.1%	<5	<100
(F IX)九因子					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	92.3	9.5%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.93	8.6%	<5	<100
(F V)五因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	1.09	10.1%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	97.4	9.4%	<5	<100
(F VII)七因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	1.04	8.7%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	98.2	8.1%	<5	<100
(F VIII)八因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.94	9.6%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	98.7	9%	<5	<100
(F X)十因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.94	8.5%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	96.1	10%	<5	<100
(F XI)十一因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.93	8.6%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	96.4	9.8%	<5	<100
(F XII)十二因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.92	8.7%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	95.6	8.4%	<5	<100
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Sysmex CA 1500/6000/7000 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	3.32	9.9%	<5	<100
(FIB)纤维蛋白原					
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	g/L	2.54	10.6%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	2.53	11.1%	<5	<100
Stago STA series Dedicated \ Magnetic Beads	g/L	2.49	11.6%	<5	<100
(Plasminogen)纤溶酶原					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.87	10.3%	<5	<100
(Protein C)蛋白C					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.97	8.2%	<5	<100



REF	673-1	6×1mL	EXP	2024-12-06	LOT	4031A4D	更新日期：	2024-05
								2 / 2

		批号：4031A4D			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	97.6	9.8%	<5	<100
(Protein S)蛋白S					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	98.6	9.3%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.95	8.4%	<5	<100
(PT)血浆凝血酶原时间					
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	13.2	9.8%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	12.9	10.1%	<5	<100
(TT)凝血酶时间					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Dedicated \ Light scattering	Seconds	18.2	10.4%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。