

报告类别： 汇总实验室数据报告



质控品名： HBeAg非定值质控品

REF	782-B	6×1mL	EXP	2026-08-26	LOT	4A99442	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号：4A99442			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(HBeAg)乙肝e抗原					
Manual InTec \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	Sample/Cutoff	2.46	14.6%	<5	<100
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	Sample/Cutoff	7.7	11.4%	<5	<100
Manual KHB \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	Sample/Cutoff	4.5	10.7%	<5	<100
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	1.77	10.2%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。