

REF	530-2	6×3mL	EXP	2025-08-10	LOT	I290E00	更新日期：	2024-04
1 / 1								

		批号: I290E00			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量					
J&J Vitros ECL Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9.96	12%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.5	1.5%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	13.8	1.3%	<5	<100
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Beckman AU series MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	U/L	14	6.4%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	mg/L	0.471	4.2%	16	231
Roche ACCU-CHEK series Roche \ Nephelometry	mg/L	0.655	12%	<5	<100
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	4.91	12%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	186	4.8%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorecence immunoassay (TRFIA)	μg/L	120	5.3%	12	163
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	163	1.1%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	161	12%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	144	2.5%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	588	4.6%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	69.1	4.6%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	592	10.4%	<5	<100
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	69.6	10.4%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	504	9.6%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	59.2	9.6%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pg/mL	1054	4.6%	12	252
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorecence immunoassay (TRFIA)	pmol/L	124	4.6%	12	252
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	148	0.5%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	17.5	0.5%	<5	<100
(TnI)肌钙蛋白I					
Maccura i3000 MAKER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.194	6.6%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	0.091	4.9%	22	510
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.75	72.9%	<5	<100
J&J Vitros ECL Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.35	12%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	53.5	1.2%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。