报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **血液学五分类M非定值质控品**

REF	666-1	6×3mL	EXP	2023-09-17	LOT	3F86C52	更新日期：	2024-05

		批号：3F86C52			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(HCT)血细胞比容/压积					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	17.6	8.2%	7	138
Mindray BC-6000 serices Mindray \ Calculate	%	18.4	1.4%	6	151
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Electrical impedance	%	18	2.1%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	%	17.7	9%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	%	17.6	9.1%	<5	<100
(HGB/ Hb)血红蛋白					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Colorimetry	g/L	56.9	1.7%	9	192
Mindray BC-6000 serices Mindray \ Colorimetry	g/L	57.9	2.3%	6	150
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Electrical impedance	g/L	55.5	1.1%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	g/L	45.3	10.4%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	g/L	45.5	10.3%	<5	<100
(LYM %)淋巴细胞 %					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	30	25%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	30	25%	<5	<100
(MCH)平均红细胞血红蛋白含量					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	pg	25.5	1%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	pg	28.5	9.8%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	pg	27.8	10.1%	<5	<100
(MCHC)平均红细胞血红蛋白浓度					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	g/L	329	9.4%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	g/L	317	1.4%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	g/L	326	9.8%	<5	<100
(MCV)平均红细胞体积					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	fL	83	9.6%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	fL	80.3	0.8%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	fL	82	9.8%	<5	<100
(NEUT %)嗜中性粒细胞 %					
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	55	18.2%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	50	20%	<5	<100
(PLT)血小板					
Mindray BC-6000 serices Mindray \ Electrical impedance	Giga/L (1E+9/L)	55.2	6%	6	152
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Electrical impedance	Giga/L (1E+9/L)	51.8	7.2%	11	249
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	55	18.2%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	50	20%	<5	<100
(RBC)红细胞					
Mindray BC-6000 serices Mindray \ Electrical impedance	T/L (1E+12/L)	2.31	1.3%	6	153
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Electrical impedance	T/L (1E+12/L)	2.29	3%	11	249
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	T/L (1E+12/L)	2.49	9.6%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	T/L (1E+12/L)	2.52	9.5%	<5	<100
(WBC)白细胞					
Mindray BC-6000 serices Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	3.59	0.8%	<5	112
Mindray BC-6000 serices Mindray \ Electrical impedance	Giga/L (1E+9/L)	3.52	1.6%	<5	<100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Electrical impedance	Giga/L (1E+9/L)	3.4	3.4%	11	253
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	3.22	9.9%	<5	<100
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	3.17	10.1%	<5	<100

报告类别： **汇总实验室数据报告**

质控品名： **血液学五分类M非定值质控品**

REF	666-1	6×3mL	EXP	2023-09-17	LOT	3F86C52	更新日期：	2024-05

		批号：3F86C52	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV	Lab \ 点数

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。