

REF	541-1	6×3mL	EXP	2026-03-26	LOT	339B030	更新日期：	2024-04
1 / 1								

批号：339B030					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(ACTH)促肾上腺皮质激素					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	36.4	10%	8	226
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	28.7	10%	<5	<100
Autolumo A6000 Series Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	39.4	11.2%	<5	<100
(ALD)醛固酮					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	155	7.4%	8	218
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	100	10%	<5	<100
Autolumo A6000 Series Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	159	5.1%	<5	<100
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.087	10%	<5	<100
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	144	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	73.5	1.1%	<5	<100
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体					
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	188	10%	<5	<100
Mindray CL-8000i Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	167	1.6%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	218	10%	<5	<100
(CT)降钙素					
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	23	10%	<5	<100
(IGF1)胰岛素生长因子1					
Mindray CL-8000i Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/L	1.01	1.4%	<5	<100
(PCT)降钙素原					
Maccura i3000 MAKER \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.716	3.9%	5	117
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.467	3.6%	<5	102
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.41	9.9%	<5	<100
(Renin)肾素					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	19.2	8.2%	8	207
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	15.6	10%	<5	<100
Autolumo A6000 Series Autobio \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	16.6	1.9%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13	10%	<5	<100
(TRAb)促甲状腺素受体抗体					
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	1.22	20.1%	<5	<100
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	0.938	6.8%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	1.58	10%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	0.854	10.5%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。