



REF	586-2	6×8mL	EXP	2025-10-20	LOT	37E8102	更新日期：	2023-01
1 / 2								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(AMY)淀粉酶	(Ca)钙	(Cl)氯
(Cortisol)皮质醇	(Cr)肌酐	(GLU)葡萄糖
(hCG)人绒毛膜促性腺激素	(K)钾	(MA)微量白蛋白
(Mg)镁	(Na)钠	(Osm)摩尔渗透压浓度
(P)磷	(pH)酸碱度	(PRO/ TP)(总) 蛋白
(SG)比重	(UA)尿酸	(Urea)尿素

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

586-2

6×8mL

EXP

2025-10-20

LOT

37E8102

更新日期： 2023-01

2 / 2

批号：37E8102			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AMY)淀粉酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ PNP-G7	U/L	186	138-234
(Ca)钙			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ BAPTA	mmol/L	2.82	2.11-3.53
(Cl)氯			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	174	132-216
(Cortisol)皮质醇			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	226	172-280
(Cr)肌酐			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	μmol/L	14400	11300-17400
(GLU)葡萄糖			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Hexokinase	mmol/L	15.3	11.6-19
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	689	545-833
(K)钾			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	77.2	62.6-91.8
(MA)微量白蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	mg/L	59.8	47.4-72.2
(Mg)镁			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Xylidyl Blue	mmol/L	5.27	4.01-6.53
(Na)钠			
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ ISE (direct)	mmol/L	157	118-196
(Osm)摩尔渗透压浓度			
WESCOR Osm WESCOR \ Freezing Point Osmometer	mOSM/kg	843	665-1020
(P)磷			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L	15.3	11.6-19
(pH)酸碱度			
HACH pH Meter OTHER \ Electrode	No Units	6.18	4.71-7.65
(PRO/ TP)(总) 蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Biuret-endpoint	g/L	0.679	0.517-0.841
(SG)比重			
OTHER OTHER \ Dipstick	No Units	1.02	0.816-1.22
(UA)尿酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Uricase colorimetry	μmol/L	851	637-1060
(Urea)尿素			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease colorimetry	mmol/L	142	108-176

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。