

REF 510-1	6x3mL	EXP 2024-06-18	LOT 30A6143	更新日期: 2024-06
				1 / 2

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(AFP)甲胎蛋白	(CA 125)糖类抗原 125	(CA 15-3)糖类抗原 15-3
(CA 19-9)糖类抗原 19-9	(CA 72-4)糖类抗原 72-4	(CEA)癌胚抗原
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段	(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原
(PSA)前列腺特异性抗原	(SCC)鳞状细胞癌抗原	(β -hCG)人绒毛膜促性腺激素 β 亚基

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 510-1	6x3mL	EXP 2024-06-18	LOT 30A6143	更新日期： 2024-06 2 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号： 30A6143				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(AFP)甲胎蛋白				
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.04	3.07-5.01	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.31	2.52-4.1	
(CA 125)糖类抗原 125				
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	53.1	42.5-63.7	
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	26.8	20.4-33.2	
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	5.85	4.69-7.01	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	18.8	14.3-23.3	
(CA 15-3)糖类抗原 15-3				
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	11.8	8.97-14.6	
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	8.4	6.72-10.1	
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	15.8	12-19.6	
(CA 19-9)糖类抗原 19-9				
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	14.1	10.7-17.5	
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	7.8	6.24-9.36	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	11.6	8.82-14.4	
(CA 72-4)糖类抗原 72-4				
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	2.51	1.91-3.11	
(CEA)癌胚抗原				
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.46	1.87-3.05	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.18	0.897-1.46	
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段				
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.38	1.81-2.95	
(Ferritin)铁蛋白				
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunonephelometry (INA)	µg/L	67.8	51.5-84.1	
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原				
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.96	0.728-1.19	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.85	0.646-1.05	
(PSA)前列腺特异性抗原				
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.23	1.7-2.76	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.71	1.3-2.12	
(SCC)鳞状细胞癌抗原				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.22	0.928-1.51	
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.12	0.851-1.39	
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基				
Roche cobas E601/602 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	13.4	10.2-16.6	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。