



|     |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-----|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF | 780-E | 6×1mL | EXP | 2025-06-04 | LOT | 4A6FBD2 | 更新日期： | 2023-08 |
|     |       |       |     |            |     |         |       | 1 / 2   |

本报告含以下项目的示范实验室数据

| 参数 ( Parameters ) | 参数 ( Parameters ) | 参数 ( Parameters ) |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| (HBsAg)乙肝表面抗原     |                   |                   |

报告类别： 示范实验室数据报告  
质控品名： HBsAg非定值质控品



|     |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-----|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF | 780-E | 6×1mL | EXP | 2025-06-04 | LOT | 4A6FBD2 | 更新日期： | 2023-08 |
|     |       |       |     |            |     |         |       | 2 / 2   |

|                                                                           |          |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
|                                                                           |          | 批号：4A6FBD2 |            |
| 项目\仪器\试剂\方法                                                               | 单位       | 均值         | + / - 2 SD |
| (HBsAg)乙肝表面抗原                                                             |          |            |            |
| Abbott Alinity i Series<br>Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA ) | index/mL | 75.7       | 60.6-90.8  |