

REF 666-3	6x3mL	EXP 2024-05-17	LOT 3F8BAD2	更新日期： 2024-04
				1 / 3

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(BASO %)嗜碱性粒细胞 %	(EOS %)嗜酸性粒细胞 %	(HCT)血细胞比容/压积
(HGB/ Hb)血红蛋白	(LYM %)淋巴细胞 %	(MCH)平均红细胞血红蛋白含量
(MCHC)平均红细胞血红蛋白浓度	(MCV)平均红细胞体积	(MONO %)单核细胞 %
(NEUT %)嗜中性粒细胞 %	(PLT)血小板	(RBC)红细胞
(WBC)白细胞		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 666-3	6x3mL	EXP 2024-05-17	LOT 3F8BAD2	更新日期： 2024-04
				2 / 3

批号： 3F8BAD2				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(BASO %)嗜碱性粒细胞 %				
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	15	0-30	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	20	0-40	
Mindray BC-7500 Mindray \ Calculate	%	1.2	1-1.4	
(EOS %)嗜酸性粒细胞 %				
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	20	0-40	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	15	0-30	
(HCT)血细胞比容/压积				
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	%	42.5	32.9-52.1	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	%	42.8	33.4-52.2	
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	%	55.8	44.6-67	
(HGB/ Hb)血红蛋白				
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	g/L	171	137-205	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	g/L	172	136-208	
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	g/L	1680	1340-2020	
(LYM %)淋巴细胞 %				
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	20	10-30	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	20	10-30	
(MCH)平均红细胞血红蛋白含量				
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	pg	32.1	25.5-38.7	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	pg	31.9	25.5-38.3	
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	pg	30	24-36	
(MCHC)平均红细胞血红蛋白浓度				
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	g/L	300	240-360	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	g/L	320	254-386	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	g/L	318	252-384	
(MCV)平均红细胞体积				
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	fL	98	78-118	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	fL	89	71-107	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	fL	87	69-105	
(MONO %)单核细胞 %				
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	10	0-20	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	10	0-20	
(NEUT %)嗜中性粒细胞 %				
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	55	30-80	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	55	30-80	
Mindray BC-7500 Mindray \ Calculate	%	60	48-72	
(PLT)血小板				
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	530	420-640	
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	500	390-610	
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	450	340-560	
(RBC)红细胞				
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	T/L (1E+12/L)	5.56	4.44-6.68	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 666-3	6x3mL	EXP 2024-05-17	LOT 3F8BAD2	更新日期： 2024-04 3 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	T/L (1E +12/L)	4.71	3.77-5.65
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	T/L (1E +12/L)	4.74	3.8-5.68
(WBC)白细胞			
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	18	14.4-21.6
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	17.8	14.2-21.4
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	18.8	15-22.6

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。