

REF 600-3	30x1.7mL	EXP 2025-12-17	LOT 394046F	更新日期： 2022-02
				1 / 1

批号：394046F				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(Ca)钙				
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	0.82	0.66-0.98	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	0.79	0.63-0.95	
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (indirect)	mmol/L	0.81	0.67-0.95	
(Cl)氯				
IL Gem Premier 3000 series IL \ ISE (direct)	mmol/L	136	112-160	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	134	110-158	
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	135	111-159	
(K)钾				
IL Gem Premier 3000 series IL \ ISE (direct)	mmol/L	5.63	4.55-6.71	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	5.69	4.63-6.75	
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	5.78	4.76-6.8	
(Na)钠				
IL Gem Premier 3000 series IL \ ICP-MS	mmol/L	158	130-186	
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	157	129-185	
Radiometer AQT Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	156	128-184	
(PCO2)二氧化碳分压				
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	18	14.7-21.3	
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	12.6	9.8-15.4	
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	20.2	17-23.4	
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	17.6	14.2-21	
Radiometer AQT Series Rayto \ Electrode	mmHg	15.8	12.6-19	
(pH)酸碱度				
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	No Units	7.58	6.16-9	
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.56	6.14-8.98	
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	No Units	7.62	6.2-9.04	
Radiometer AQT Series Rayto \ Electrode	No Units	7.67	6.25-9.09	
(PO2)氧分压				
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	143	117-169	
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	142	116-168	
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	156	130-182	
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	135	109-161	
Radiometer AQT Series Dedicated \ Electrode	mmHg	128	102-154	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。