

REF 670-1	6x1mL	EXP 2024-07-14	LOT 3FE8669	更新日期： 2022-03 1 / 1
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：3FE8669				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(APTT)活化部分凝血活酶时间				
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	37.1	28.2-46	
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	36.7	27.9-45.5	
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	38.4	29.2-47.6	
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	37.9	28.8-47	
(AT-III)抗凝血酶III				
IL ACL series Dedicated \ Nephelometry	%	94.6	71.9-117	
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	%	95.5	72.6-118	
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	%	93.8	71.3-116	
(FIB)纤维蛋白原				
IL ACL series IL \ Light scattering	g/L	3.88	2.95-4.81	
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	g/L	3.85	2.93-4.77	
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	3.76	2.86-4.66	
(PT INR)PT国际标准化比值				
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Calculate	INR	1.01	0.768-1.25	
Stago STA series Stago \ Calculate	INR	1.01	0.768-1.25	
IL ACL series IL \ Calculate	INR	1.03	0.783-1.28	
(PT)血浆凝血酶原时间				
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	12.9	9.8-16	
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	13.1	9.96-16.2	
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	12.9	9.8-16	
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	13.2	10-16.4	
(TT)凝血酶时间				
Sysmex CS 5100 Dedicated \ Light scattering	Seconds	17.3	13.1-21.5	
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	17	12.9-21.1	
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	16.8	12.8-20.8	
Sysmex CA 1500/6000/7000 Dedicated \ Light scattering	Seconds	18.3	13.9-22.7	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。