



REF	680-2	Level 2 6×10mL	EXP	2024-6-27	LOT	4ADEFBE	更新日期：	2022-07
							批号	4ADEFBE
项目\仪器\试剂\方法								
(PH)PH								
Dirui Fus-200/100							6.0 ~ 7.5	
Dirui H12-MA \ Strips								
葡萄糖								
Dirui Fus-200/100							+ ~ 3+	
Dirui H12-MA \ Strips								
白蛋白								
Dirui Fus-200/100							+ ~ 3+	
Dirui H12-MA \ Strips								
潜血								
Dirui Fus-200/100							+ ~ 3+	
Dirui H12-MA \ Strips								
胆红素								
Dirui Fus-200/100							+ ~ 2+	
Dirui H12-MA \ Strips								
酮体								
Dirui Fus-200/100							-/+ ~ +	
Dirui H12-MA \ Strips								
亚硝酸盐								
Dirui Fus-200/100							+	
Dirui H12-MA \ Strips								
尿胆原								
Dirui Fus-200/100							-	
Dirui H12-MA \ Strips								
比重								
Dirui Fus-200/100							1.010 ~ 1.020	
Dirui H12-MA \ Strips								
白细胞								
Dirui Fus-200/100							+ ~ 3+	
Dirui H12-MA \ Strips								
(PH)PH								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion							7.0 ~ 8.5	
Roche ChemStrip \ Strips								
葡萄糖								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion							+ ~ 2+	
Roche ChemStrip \ Strips								
白蛋白								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion							+ ~ 2+	
Roche ChemStrip \ Strips								
潜血								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion							-/+ ~ 2+	
Roche ChemStrip \ Strips								
胆红素								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion							-/+ ~ 2+	
Roche ChemStrip \ Strips								
酮体								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion							+ ~ 2+	
Roche ChemStrip \ Strips								
亚硝酸盐								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion							+	
Roche ChemStrip \ Strips								
尿胆原								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion							+ ~ 2+	
Roche ChemStrip \ Strips								
比重								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion							1.015 ~ 1.025	
Roche ChemStrip \ Strips								
白细胞								
Roche Urisys 1100/2400/Criterion							+ ~ 2+	
Roche ChemStrip \ Strips								

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	680-2	Level 2 6×10mL	EXP	2024-6-27	LOT	4ADEFBE	更新日期：	2022-07
			批号 4ADEFBE					
项目\仪器\试剂\方法								
(PH)PH								
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips			7.0 ~ 8.0					
葡萄糖								
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips			+ ~ 3+					
白蛋白								
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+					
潜血								
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+					
胆红素								
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+					
酮体								
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips			-/+ ~ +					
亚硝酸盐								
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips			+					
尿胆原								
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips			-/+ ~ +					
比重								
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips			1.010 ~ 1.025					
白细胞								
Aution AU-4050 Analyzer Arkray Aution Sticks \ Strips			+ ~ 2+					
(PH)PH								
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			7.0-8.5					
葡萄糖								
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 2+					
白蛋白								
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+					
潜血								
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+					
胆红素								
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			-/+ ~ +					
酮体								
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+					
亚硝酸盐								
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			-					
尿胆原								
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 3+					
比重								
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			1.10-1.025					
白细胞								
Uritest 55/180/200/330 Uritest \ Strips			+ ~ 2+					

REF	680-2	Level 2 6×10mL	EXP	2024-6-27	LOT	4ADEFBE	更新日期：	2022-07
-----	-------	----------------	-----	-----------	-----	---------	-------	---------

(PH)PH			批号 4ADEFBE
Sysmex UC			7.0-8.5
Sysmex \ Strips			
葡萄糖			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			
白蛋白			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			
潜血			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			
胆红素			
Sysmex UC			+
Sysmex \ Strips			
酮体			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			
亚硝酸盐			
Sysmex UC			+
Sysmex \ Strips			
尿胆原			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			
比重			
Sysmex UC			1.10-1.025
Sysmex \ Strips			
白细胞			
Sysmex UC			+ ~ 3+
Sysmex \ Strips			

项目\仪器\试剂\方法	单位		均值 + / - 2 SD
(URBC)尿沉渣红细胞			
Mindray EH series	G/uL(1E		51
Dedicated\Microscopy	+6/L)		16 - 70
Manual	G/uL(1E		10 - 70
Dedicated \ Microscopy	+6/L)		
Manual	/HPF		10 - 70
Dedicated \ Microscopy			
(UWBC)尿沉渣白细胞			
Mindray EH series	G/uL(1E		54
Dedicated\Microscopy	+6/L)		25 - 74
Manual	G/uL(1E		20 - 80
Dedicated \ Microscopy	+6/L)		
Manual	/HPF		10 - 75
Dedicated \ Microscopy			

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。