

REF	541-1	6×3mL	EXP	2024-05-16	LOT	339AF69	更新日期：	2022-06
1 / 1								

批号：339AF69			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(ACTH)促肾上腺皮质激素			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	47.5	36.1-58.9
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	35.5	28.4-42.6
(ALD)醛固酮			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	37.6	28.6-46.6
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	75.2	57.1-93.3
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	23	18.4-27.6
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	104	83.2-125
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	128	97.3-159
(CT)降钙素			
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	11.8	9.44-14.2
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/L	13.4	10.2-16.6
(PCT)降钙素原			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.843	0.641-1.05
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.229	0.189-0.269
(Renin)肾素			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μIU/mL	42.1	42-42.2
(Tg)甲状腺球蛋白			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8	6.08-9.92
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.16	3.33-4.99
(TRAb)促甲状腺素受体抗体			
Roche Modular E170 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	1.21	0.97-1.45

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。