

REF 670-3	6x1mL	EXP 2023-11-19	LOT 3FED429	更新日期： 2022-03 1 / 1
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：3FED429				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(APTT)活化部分凝血活酶时间				
IL ACL series				
IL \ Light scattering	Seconds	101	76.8-125	
Stago STA series				
Dedicated \ Magnetic Beads	Seconds	105	79.8-130	
Sysmex CA 1500/6000/7000				
Siemens \ Light scattering	Seconds	112	85.1-139	
(AT-III)抗凝血酶III				
IL ACL series				
Dedicated \ Nephelometry	%	26.3	20-32.6	
Sysmex CA 1500/6000/7000				
Siemens \ Nephelometry	%	26.9	20.4-33.4	
(FIB)纤维蛋白原				
IL ACL series				
IL \ Light scattering	g/L	1.35	1.03-1.67	
Stago STA series				
Dedicated \ Magnetic Beads	g/L	1.46	1.11-1.81	
Sysmex CA 1500/6000/7000				
Siemens \ Light scattering	g/L	1.32	1-1.64	
(PT INR)PT国际标准化比值				
Stago STA series				
Stago \ Calculate	INR	4.23	3.21-5.25	
IL ACL series				
IL \ Calculate	INR	4.19	3.18-5.2	
Sysmex CA 1500/6000/7000				
Siemens \ Calculate	INR	4.21	3.2-5.22	
(PT)血浆凝血酶原时间				
IL ACL series				
IL \ Light scattering	Seconds	42.5	32.3-52.7	
Stago STA series				
Dedicated \ Light scattering	Seconds	43.6	33.1-54.1	
Sysmex CA 1500/6000/7000				
Siemens \ Light scattering	Seconds	42.3	32.1-52.5	
(TT)凝血酶时间				
IL ACL series				
IL \ Light scattering	Seconds	23.5	17.9-29.1	
Sysmex CA 1500/6000/7000				
Dedicated \ Light scattering	Seconds	16.8	12.8-20.8	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。