

<b>REF</b> 500-1	6x3mL	<b>EXP</b> 2024-06-28	<b>LOT</b> 2FB1FCA	更新日期： 2021-08 1 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
批号：2FB1FCA			
<b>(Cortisol)皮质醇</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	39.6	30.1-49.1
<b>(C-P)C-肽</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.11	0.844-1.38
<b>(E2)雌二醇</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	186	141-231
<b>(FA)叶酸</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.03	1.54-2.52
<b>(FSH)促卵泡刺激素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	3.81	2.9-4.72
<b>(FT3)游离T3</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	3.53	2.68-4.38
<b>(FT4 )游离T4</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	16.4	12.5-20.3
<b>(HGH)人生长激素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	µg/L	2.24	1.7-2.78
<b>(IgA )免疫球蛋白 IgA</b>			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.225	0.171-0.279
<b>(IgG)免疫球蛋白 IgG</b>			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2.57	1.95-3.19
<b>(IgM)免疫球蛋白 IgM</b>			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.0518	0.0394-0.0642
<b>(INS)胰岛素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	7.34	5.58-9.1
<b>(LH)促黄体生成素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.95	3.76-6.14
<b>(PRL)催/ 泌乳素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.03	6.86-11.2
<b>(PROG)孕酮</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.626	0.476-0.776
<b>(TES)睾酮</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.646	0.49-0.802
<b>(TSH)促甲状腺素</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	0.26	0.198-0.322
<b>(TT3)总三碘甲状腺氨酸</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	2.29	1.74-2.84
<b>(TT4)总T4</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	98.8	75.1-123
<b>(VB12)维生素B12</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	186	141-231

<b>REF</b> 500-1	6x3mL	<b>EXP</b> 2024-06-28	<b>LOT</b> 2FB1FCA	更新日期： 2021-08 2 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：2FB1FCA			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
<b>(Vit D)维生素D</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	<7.5	<7.5
<b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基</b>			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.06	3.09-5.03

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。